

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1627977112889	Data: „ <u>20</u> ” <u>august 2021</u>	Alternativa nr.: <u>Nu se oferă</u>
Denumirea licitației:	Achiziția consumabilelor medicale și consumabile oftalmologice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” si IMSP SR Comrat, pentru anul 2021	Lot: <u>31,33</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	31	Flow metru tip DIN	Flow metru tip DIN	LYX-AC10-1	Flow metru tip DIN	NYXEIF China	Flow metru pentru reglare fluxului de oxigen pentru administrarea la pacient prin rezervor cu apa distilata. Tipul de conexiune la rampa de oxigen DIN. Carcasa debitmetrului din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Materialul rezervorului policarbonat de tip reutilizabil, autoclavabil. Grosimea peretilor rezervorului min 1,7 mm. Volumul rezervorului 200-300 ml cu indicator de nivel al lichidului minim și maxim. Reglarea debitului de O2 la ieșire 0-15 l/min. Indicatorul fluxului scară gradată numeric 0-15 l/min. Ieșiri canulă de O2 minim 1. Presiunea de intrare 3-5 bar. Recipient umidificator (de rezervă) 1 buc. Garanția 24 luni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Flow metru de oxigen cu umidificator (tip Bobrov) pentru reglare fluxului de oxigen pentru administrarea la pacient prin rezervor cu apa distilata. Tipul de conexiune la rampa de oxigen DIN. Carcasa debitmetrului din oțel inoxidabil, aluminiu sau metal galvanizat. Materialul rezervorului policarbonat de tip reutilizabil, autoclavabil. Grosimea peretilor rezervorului min 1,7 mm. Volumul rezervorului 200-300 ml cu indicator de nivel al lichidului minim și maxim. Reglarea debitului de O2 la ieșire 0-15 l/min. Indicatorul fluxului scară gradată numeric 0-15 l/min. Ieșiri canulă de O2 minim 1. Presiunea de intrare 3-5 bar. Recipient umidificator (de rezervă) 1 buc. Garanția 24 luni.	CE, ISO
33100000-1	33	Prelungitoare pentru sisteme de infuzie	Prelungitoare pentru sisteme de infuzie	EXTENSION TUBE	Prelungitoare pentru sisteme de infuzie	HMMT Co.,Ltd China	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicaleavizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor - original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Prelungitoare pentru sisteme de infuzie 1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare.	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „LifeMed Group” SRL Adresa: MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9