

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700481278193 din 20.11.2023
Obiectul achiziției: Burghiu traumatologic/ortopedic conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b> Burghiu traumatologic/ ortopedic	Motor multifuncțional traumatologic/ Ortopedic <b>NM – 100</b> în set cu: Adaptoar Fereastră oscilant cu lamele, Atașament pentru găurire Atașament pentru aplicarea K-wire și container pentru sterilizare	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,Ltd	<b>Descriere</b> Dispozitiv medical pentru intervenții traumatologice/ ortopedice, multifuncțional <b>Parametru Specificație</b> <b>Piesa de mana, modulara</b> da Mandrina de blocare a piesei atașate da Putere minim - 100 W Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului ≤ 24°C Material carcasă - rezistent la sterilizare - metoda autoclavare, ≤ 135 °C Greutate, gr - maxim 1300gr Viteza de rotație ≥ 900 r.p.m Mecanism demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat - da Mecanism de blocare - da <b>Stație încărcare baterii</b> da, pentru min. 2 locuri la 220V, 50Hz Indicator stare baterie da Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile Autonomie de la bateriei ≥ 100 min. <b>Adaptoare:</b> <b>Fereastră oscilant</b> da Cap rotativ 360 ° - da	<b>Descriere</b> Dispozitiv medical pentru intervenții traumatologice/ ortopedice, multifuncțional <b>Parametru Specificație</b> <b>Piesa de mana, modulara</b> da Mandrina de blocare a piesei atașate da Putere - 130 W Creșterea temperaturii dispozitivului în timpul lucrului ≤ 25°C Material carcasă - rezistent la sterilizare - metoda autoclavare, ≤ 135 °C Greutate, gr - 1050 Viteza de rotație ≥ 1025 r.p.m Mecanism demontabil pentru a fi ușor prelucrat și dezinfectat - da Mecanism de blocare - da <b>Stație încărcare baterii</b> da, pentru un loc 2 buc la 220V, 50Hz Indicator stare baterie - nu Baterii ≥ 2 buc., ușor demontabile Autonomie de la bateriei 200 min. <b>Adaptoare:</b> <b>Fereastră oscilant</b> da Cap rotativ 360 ° - da	CE, ISO

				<p>Viteza de oscilație - minim 12 000 oscilații / minut  Schimbarea și atașarea lamelor - da, fără cheii speciale  Sterilizare, autoclavare – da  Accesorii :  Lame pentru fereștrău -  Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un.  Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un.  <b>Atașament pentru găurire</b> – da  Accesorii : Burghie 1 set.  <b>Atașament pentru aplicarea K-wire, pentru tije</b>, minim 0,6mm - 1 buc – da  Alte adaptoare, opțional – da  Container pentru sterilizare 1 buc - Da  Perioada de garanție - Minim 2 ani  Anul producerii - 2023</p>	<p>Viteza de oscilație – 18000cpm  Schimbarea și atașarea lamelor - da, fără cheii speciale  Sterilizare, autoclavare – da  Accesorii :  Lame pentru fereștrău -  Lățimea: de la 15 pînă la 20 mm – 5 un.  Lățimea: de la 25 pînă la 30 mm – 5 un.  <b>Atașament pentru găurire</b> – da  Accesorii : Burghie 1 set.  <b>Atașament pentru aplicarea K-wire, pentru tije</b>, minim 0,6mm - 1 buc – da  Alte adaptoare, opțional – la cerere suplimentară  Container pentru sterilizare 1 buc - Da  Perioada de garanție - 2 ani  Anul producerii - 2023  <b>AMDM</b> <span style="background-color: #f08080;">DM000468831 Rg04-000091</span></p>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica  
În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL  
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movilă 23/5, ap (of) 3