

Anexa nr.1 la formularul Specificatii Tehnice

Achiziționarea de Tub Radiologic conform necesităților IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

Specificatia tehnica deplina solicitata	Specificatia tehnica deplina ofertata, Tub Radiologic
Caracteristici: Prezența specialiștilor certificați pentru a efectua reparația (certificat de instruire inginer, emis de producătorul aparatului radiologic, ce ar permite ofertantului executarea lucrărilor). Servicii de schimbare a pieselor incluse. Scrisoare de garanție din partea participantului la licitație că lucrările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea răspunderii financiare în cazul defecțiunilor produse a echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau a piesei de schimb. Autorizație radiologică privind repararea și punerea în funcțiune a bunului. Scrisoare confirmativă prin care se confirmă că piesa ofertată este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată. Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuat de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va funcționa din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garanția pentru lucrări și ansamblul E7843 (Tub Radiologic) minim 12 luni. Diagnosticul aparatului Livrarea, demontarea ansamblului vechi, instalarea ansamblului nou, calibrarea, conform recomandărilor producătorului, punerea în funcțiune a aparatului. Calibrarea tubului radiogen, reglarea coincidenței razelor de Rentghen cu câmpul optic al diafragmei. Ansamblul tubului radiogen model E 7843 1 buc. Ansamblul tubului radiogen cu tub anod rotativ alimentare trifazată, inclusiv materialul de instalare necesar. Ansamblul tubului radiogen X compusă din carcasă de protecție și tub cu raze X pentru tensiune nominală de 150 kW. Tub cu anod rotativ cu două focale cu anod compus cu capacitate mare de stocare a căldurii și capacitate mare de încărcare pentru focalul mic. Dispozitiv integrat de monitorizare termică și dispozitiv de securitate la suprapresiune în carcasă de protecție cu raze X.	Caracteristici: Prezența specialiștilor certificați de producătorul aparatului radiologic Brivo DR-F pentru a efectua reparația (certificat de instruire inginer, emis de producătorul aparatului radiologic, ce permite ofertantului executarea lucrărilor). Servicii de schimbare a pieselor sunt incluse. Scrisoare de garanție din Intermed SRL că lucrările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea răspunderii financiare în cazul defecțiunilor produse a echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau a piesei de schimb – se ataseaza. Autorizație radiologică privind repararea și punerea în funcțiune a bunului – se ataseaza. Scrisoare de garantie prin care Intermed SRL confirmă că piesa ofertată este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată. În cazul în care vom fi desemnați drept castigator, Intermed SRL garanteaza că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și garanteaza achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuat de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va funcționa din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garanția pentru lucrări și ansamblul TOSHIBA E7843X HHS TUBE (Tub Radiologic) de 12 luni. Diagnosticul aparatului este inclus în costul ofertei. Intermed SRL confirma ca oferta include livrarea, demontarea ansamblului vechi, instalarea ansamblului nou, calibrarea, conform recomandărilor producătorului, punerea în funcțiune a aparatului. Intermed SRL confirma calibrarea tubului radiogen, reglarea coincidenței razelor de Rentghen cu câmpul optic al diafragmei. Ansamblul tubului radiogen model TOSHIBA E7843X HHS TUBE - 1 buc. Ansamblul tubului radiogen cu tub anod rotativ alimentare trifazată, inclusiv materialul de instalare necesar. Ansamblul tubului radiogen X compusă din carcasă de protecție și tub cu raze X pentru tensiune nominală de 150 kW.

Parametrii ansamblului: Tensiunea nominală radiografie KW ≥ 150. Tensiunea nominală KW ≥ 110. 2 focale mm $\leq 0,6 - 1,2$. Puterea nominală KW $\geq 30 - 50$. Curentul maximal al filamentului A $\leq 10,3 - 16,8$.	Tub cu anod rotativ cu două focale cu anod compus cu capacitate mare de stocare a căldurii și capacitate mare de încărcare pentru focalul mic. Dispozitiv integrat de monitorizare termică și dispozitiv de securitate la suprapresiune în carcasă de protecție cu raze X. Parametrii ansamblului: Tensiunea nominală radiografie KV 150. Tensiunea nominală KW ≥ 110. 2 focale mm: 0,6 - 1,2. Puterea nominală KW 46. Curentul maximal al filamentului A: Large focus: 5.0 A Small focus: 4.7A
---	--