

## Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711697951137 din 05.04.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Lampă chirurgicală cu 2 sateliți conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2024

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lampa chirurgicala cu 2 sateliți	E 700 double dome	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	<p>Descriere: Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) Da</p> <p>Numărul de sateliți 2 Da</p> <p>Temperatura culorii Reglabilă , 3000-5500 ±500 K Da</p> <p>Reglarea intensității luminei Da</p> <p>Indexul de culoare Ra ≥ 95 Da</p> <p>Indexul de culoare R13 ≥ 100 Da</p> <p>Dimensiunea câmpului,cm Focusabil Da</p> <p>Diametrul 24-34 cm +/-2 cm Da</p> <p>Adâncimea ≥ 80 cm Da</p> <p>Distanța de lucru 0.7-1.5 m Da</p> <p>Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux la 100 cm Da</p> <p>satelitul nr.2 ≥ 160 000 lux la 100 cm Da</p> <p>Rotația ≥ 270 grade Da</p> <p>Ajustare pe verticală ≥80 cm Da</p> <p>Cresterea temperaturii în campul operator &lt;1° C Da</p> <p>Alimentarea electrică 220V, 50Hz Da</p> <p>Durata medie de viață a LED-urilor ≥ 60000 h Da</p> <p>Mișcarea capului luminous ≥ 4 grade de libertate Da</p> <p>Mînere detașabile sterilizabile Da</p> <p>Panou de control integrat în lampa principal Da</p> <p>Possibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video Da</p> <p>Înălțimea podului 3-4 m Da</p> <p>Garanție 24 luni Da</p>	<p>Descriere: <b>Da</b>, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți model E 700 double dome</p> <p>Parametru Specificația</p> <p><b>Da</b>, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes)</p> <p><b>Da</b>, Numărul de sateliți 2</p> <p><b>Da</b>, Temperatura culorii Reglabilă , 3000-5500 ±500 K</p> <p><b>Da</b>, Reglarea intensității luminei</p> <p><b>Da</b>, Indexul de culoare Ra 96</p> <p><b>Da</b>, Indexul de culoare R13(Skin Color) 100</p> <p><b>Da</b>, Dimensiunea câmpului,cm Focusabil</p> <p><b>Da</b>, Diametrul 15 - 35 cm</p> <p><b>Da</b>, Adâncimea ≥ 80 cm</p> <p><b>Da</b>, Distanța de lucru 0.7-1.5 m</p> <p><b>Da</b>, Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 180 000 lux la 100 cm , reglabil de la 93000 pana la 180,000 lux.</p> <p><b>Da</b>, satelitul nr.2 : 180 000 lux la 100 cm, reglabil de la 93000 pana la 180,000 lux.</p> <p><b>Da</b>, Rotația 540 grade</p> <p><b>Da</b>, Ajustare pe verticală ≥80 cm</p> <p><b>Da</b>, Cresterea temperaturii în campul operator &lt;1° C</p> <p><b>Da</b>, Alimentarea electrică 220V, 50Hz</p> <p><b>Da</b>, Durata medie de viață a LED-urilor 80000 h</p> <p><b>Da</b>, Mișcarea capului luminous ≥ 4 grade de libertate</p> <p><b>Da</b>, Mînere detașabile sterilizabile</p> <p><b>Da</b>, Panou de control integrat în lampa principal</p> <p><b>Da</b>, Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. <u>Va fi livrat în configurația de livrare un al 3-lea brat pentru monitor.</u></p> <p><u>Când beneficiarul va decide sa instaleze în viitor monitorul specialistii de la Serana Grup SRL vor instala al 3-lea brat pentru monitor. De asemenea, camera video de tip intern, când beneficiarul va decide să o achiziționeze, va putea fi instalata în viitor de specialștii nostri în mânerul lămpii. În configurația de livrare sunt incluse și</u></p>	CE

						<p><u>vor fi instalate în internul bratelor toate cablurile electrice necesare pentru camera video și monitor.</u>  <b>Da</b>, Înălțimea podului 3-4 m  <b>Da</b>, Garanție 24 luni  Serana Grup SRL va instala dispozitivul medical.</p> <p><i>Vedeți Catalogul atașat MICARE PowerLED Model E700 doble dome (pag.3 tabela cu parametric Technical Sheet). De asemenea, la pag.2 al catalogului referitor la camera video este indicat "HDI-SDI Camera Optional, Integrated cameras are fully enclosed inside the light head, records for risk, management, and optimize understanding and learning....Removable Sterilizer Handle Can Be Easily Replaced by Internal Camera", iar informația mai detaliată despre camera video și al 3-lea braț pentru monitor o găsiți la pag.4 a catalogului.</i>  <i>Vedeți Specificația tehnică atașată a producătorului Specification E700 Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.</i></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Serana Grup SRL,

Adresa: mun.Chisinau, str.31 August 1989, nr.64, of.40