

ICS ORTONET SRL

C/F 1011600032701 * Str. M.Dosoftei 130, nr.3, Chisinau * C/D MD60RN000000002224803315
Banca Comerciala Romana F-2 * Cont : MFO RNCBMD2X504

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1621594090716 Cod CPV 33100000-1	Data: 29.06.2021	Alternativa nr.-
Denumirea licitației: <i>Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021-2022</i>	Lot: II;	Pagina 01 din 05

Cod CPV: 33100000-1

Co- dul CP V	Nu mar lot.	Denumirea pozitiei	Modelul articulului	Țara de origi- ne	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
1		2	3	4	5	6	7	
		Bunuri:						
3310 0000 -1	2	LOT II PROTEZA DE SOLD TOTALA NECIMENTATA TIP I	Synergy/R 3/CoCr	SUA	Smith& Nephew	Conform Invitatiei de participare		CE; ISO 13485: 2003
3310 0000 -1	2	Tija	Synergy	SUA	Smith& Nephew		Tija femurala: - - Confectionata din aliaj de titan-aluminiu-vanadiu, acoperita cu titan poros in regiunea metafizara	CE; ISO 13485: 2003

A. 1

B.

							- Forma de col -circulotrapezoidal polisat - varianta standard si high offset (realizat prin translatie, fara modificarea lungimii). - santuri verticale in portiunea diafizara - extremitatea distala efilata si polisata pentru a asigura stabilitatea antirotatorie. - Con 12/14 - Lungimea minima 120mm - Disponibilitatea- in minim 10 dimensiuni. - Termen sterilizare minim 3 ani.	
3310 0000 -1	2	Cupa	R3	SUA	Smith & Nephew		Cupa necimentata: - Cotil press-fit, din aliaj de titan-aluminiu-vanadiu, acoperit cu pulbere de titan depusa tridimensional prin sinterizare - cu porozitate in jur de 60% si diametrul mediu al porilor de aprox. 200 de microni. - Suprafata interna polisata cu profil tronconic intern pentru fixarea inserturilor ceramice si metalice. - Posibila stabilizarea axiala a inserturilor din polietilena prin profil dublu canal si stabilizarea rotational a inserturilor din polietilena prin degajari ecuatoriale (minim 12). - Design- fara gauri, cu 3 gauri sau cu multe gauri (multi hole) pentru fixare suplimentara cu suruburi. . - Complectata cu capac obturator polar superior si capace obturatorii pentru orificiile destinate suruburilor de fixare suplimentare si ramase nefolosite. - Dimensiuni minim 18 marimi (40,42,44,46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70,72,74) - Cupele vor fi livrate impreuna cu suruburile pentru zavorare necesare. (in mediu 3) Suruburi de cupa- Diam 6,5,Lungimi 15-50 mm Termen sterilizare minim 3 ani.	CE; ISO 13485: 2003

3310 0000 -1	2	Insert	R3	SUA	Smith& Nephew		Insert pentru cupa: - Confectionat din polietilena crosslinkata 10Mrad, disponibil in varianta standard sau cu 20 grd. antiluxatie, sau ambele variante cu +4mm lateralizare. - Diametru interior de 28 ,32 , 36 mm. - Stabilizarea axiala prin profil dublu canal si rotationala prin proeminente ecuatoriale (minim 12). - Insert ceramic optional cu aprox. 75% oxid de aluminiu si 25% zirconiu, cu inel de ranforsare din titan aplicat “la rece”, corespunzator profilului tronconic al cupei universale, livrat cu inel de centraj premontat pentru a evita deteriorarea in momentul implantarii - Optional insert metalic din aliaj de cobalt-crom cu continut mare in carbizi, fara prelucrari termice ce i-ar putea afecta structura cristalina, cu profil tronconic corespunzator celui interior al cupei universale. - Dispune de minim 18 marimi (40,42,44,46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,70,72,74) Termen sterilizare minim 3 ani.	CE; ISO 13485: 2003
3310 0000 -1	2	Cap	CoCr	SUA	Smith& Nephew		Cap articular: - Confectionat din aliaj de cobalt-crom molibden cu diametru exterior de 28 ,32, 36 mm - Minim 5 offset-uri pentru fiecare diametru (S, M, L, XL, XXL) - oferit optional si cap metalic cu suprafata transformata termic in ceramica incasant, pentru tratamentul pacientilor activi si cap ceramic inclusiv cu diametru de 36mm. Termen sterilizare minim 3 ani.	CE; ISO 13485: 2003
3310 0000 -1	2	Lame pentru motor oscilant					Se livreaza gratuit la cerere.	
3310 0000 -1	2	Set de instrumente gratis in folosinta						
3310 0000 -1	2	Motor oscilant in folosinta gratis						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Dr.Vitalie Calaras În calitate de: Director General

Ofertantul: ICS Ortonet SRL Adresa: str. M.Dososftei 130,nr.3, mun. Chisinau

A. 4

B.