Anexa nr. 22

La Documentatia standard nr. "115" din 15.09.2021

Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1741944696610**

Denumirea procedurii de achiziție: **LP Achiziționarea Consumabilelor medicale de protectie pentru anii 2026-2028 privind incheierea Acordului-Cadru**

Autoritatea contractantă: **CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

nr. crt	Cod	Denumire lot serviciilor	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
51		Mușama medicală în rulou	Mușama medicală în rulou (003125)	TIP-A	Ucraina	Kievguma	Muşama medicală, tip-A în rulou, lăţime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac, densit.-650 g/m² (+-50g), Rezistența la rupere- 3,8-6,0 kN /m . Elastică, non-lipicioasă, impermeabilă, netedă, fără cute. Rezistentă la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină și la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare.	Muşama medicală, tip-A în rulou, lăţime 85cm, rulou **50 metri**, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac, densit.- 650 g / m² (+-50g), Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m. Elastică, non-lipicioasă, impermeabilă, netedă, fără cute. Rezistentă la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină și la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare.	CE, ISO, Declaratie de conformitate **DM000706506 Rg04-000139 din 31-05-2024**

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Digitally signed by Potînga Stela
Date: 2025.06.20 14:21:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ