

Numărul licitației: LP nr. 21092603

Specificații de preț

Data: 02.10.2023

Alternativa nr.: nu

Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 31)

Lot: \_\_\_\_\_

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Valoarea estimativă
33100000-1	8	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400	bucată	12	21423,00	25707,60	257076,00	308491,20	Termenul de livrare/prestare/executorare în stare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vârnuiț, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	370 500,00
33100000-1	9	Brancarda sanitară (caracteristici avansate) Cod 140380	Brancarda sanitară (caracteristici avansate) Cod 140380	bucată	2	26936,00	32323,20	53872,00	64646,40	Termenul de livrare/prestare/executorare în stare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vârnuiț, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	69600
Suma total:								<b>310 948,00</b>	<b>373 137,60</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director



Ofertantul: IM Vivamed International SRL Adresa: Bogdan Voievod,7



**Specificații tehnice**

		<b>Numărul licitației:</b> LP nr. 21092603		<b>Data:</b> 02.10.2023		<b>Alternativa nr.:</b>			
		<b>Denumirea licitației:</b>		<b>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (Listă suplimentară 31)</b>		<b>Pagina:</b> 1 din 1			
<b>Cod CPV</b>	<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumire Lot</b>	<b>Denumirea poziției</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Tara de origine</b>	<b>Produ-cătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină oferită</b>	<b>standarde de referință</b>
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	8	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400	HBV-4	Turcia	Monoyrne Mobilya Samayi Ve Ticaret AS	<p>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)                      Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare                      Parametrul Specificația                      Tip multifuncțional cu 6-8 poziții                      Tip pacient adult                      Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice                      Funcționalități poziționare sedentară                      Funcționare Trendelenburg                      poziționare anti-Trendelenburg                      Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da                      Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg                      Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm                      Rotile Diametru ≥12.5 cm                      Sistem de blocare la minim 2 rotile                      Parapete de protecție laterale da                      Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm                      Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională                      Alimentare 220 V, 50 Hz                      Saltele lavabile ortopedică da</p>	<p>Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții)                      Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare                      Parametrul Specificația                      Tip multifuncțional cu 6-8 poziții                      Tip pacient adult                      Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice                      Funcționalități poziționare sedentară                      Funcționare Trendelenburg                      poziționare anti-Trendelenburg                      Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da                      Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥220 kg                      Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm                      Rotile Diametru ≥12.5 cm                      Sistem de blocare la minim 2 rotile                      Parapete de protecție laterale da                      Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm                      Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională                      Alimentare 220 V, 50 Hz                      Saltele lavabile ortopedică da</p>	CE,ISO

3310	9 Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	EMS-17	Turcia	Mononyme Mobiilya Sanayi Ve Ticaret AS	<p>Brancarda sanitara (caracteristici avansate)</p> <p>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip hidraulic</p> <p>Secțiuni ≥ 3</p> <p>Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade</p> <p>Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade</p> <p>Spatătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade</p> <p>Control manual da, din ambele părți</p> <p>Transparență la razele x-ray (radiografice, brac C) da</p> <p>Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc.</p> <p>Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm</p> <p>Bare laterale, pliabile da</p> <p>Roți Diametru ≥ 15 cm</p> <p>Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da</p> <p>Posibilitatea de blocare a direcției roților da</p> <p>Material oțel inox vopsit electrostatic</p> <p>Sarcina maximă ≥ 230 kg</p> <p>Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm</p> <p>Mîner pentru transportarea brancardei da</p> <p>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă</p> <p>Support pentru balon de oxigen da</p> <p>Să fie dotată cu rotile/banane de</p>	<p>Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Tip hidraulic</p> <p>Secțiuni ≥ 3</p> <p>Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade</p> <p>Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade</p> <p>Spatătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade</p> <p>Control manual da, din ambele părți</p> <p>Transparență la razele x-ray (radiografice, brac C) da</p> <p>Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc.</p> <p>Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm</p> <p>Bare laterale, pliabile da</p> <p>Roți Diametru ≥ 15 cm</p> <p>Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da</p> <p>Posibilitatea de blocare a direcției roților da</p> <p>Material oțel inox vopsit electrostatic</p> <p>Sarcina maximă ≥ 230 kg</p> <p>Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm</p>	CE,ISO
------	---	--	--------	--------	--	--	--	--------

Semnat:  Numele, Prenumele: Beregoi Valeriu În calitate de: Director  
Ofertantul:  MIVAMED INTERNATIONAL SRL .Adresa: Bogdan Voievod, 7

