

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.  
300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9  
Tel. 0256 225605  
Fax 0256 201348

### CERTIFICAT DE CALITATE

Produsul: Hidrogen 5.0  
Livrat in: butelie 50 l  
Presiune imbuteliere: 200 bar  
Continut gaz / butelie: 8.9 Nmc

### CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
Hidrogen	min. 99,9990 %
Oxygen	max. 2 ppm
Azot	max. 3 ppm
Apa	max. 5 ppm
Hidrocarburi	max. 0.2 ppm

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.

Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului , va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.



### Linde Gaz Romania

#### Timișoara

Str. Avram Imbroane 9  
Tel.: +40 256 300 700  
Fax: +40 256 225 608  
[www.linde-gaz.ro](http://www.linde-gaz.ro)

#### București

Autostrada București – Pitești km.11  
Tel.: +40 21 318 1920  
Fax: +40 21 3181934

#### Cluj Napoca

Blvd. Muncii 18  
Tel.: +40 264 415 707  
Fax: +40 264 415 708