

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocde-b3wdp1-MD-1771333402444 din 27 febr 2026, 16:00 - 4 mart 2026, 12:00

**Obiectul achiziției:** Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2026

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bunuri/servicii</b>						
8	50400000-9	<b>Lot 8.</b> Mentenanța pentru Ultrasonograf Hitachi Aloka Arietta V60	-	-	-	<p>Serviciile de mentenanță pentru ultrasonograful Hitachi Aloka Arietta V60 vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea integrității cadrului/ecranului/sondelor;</li> <li>• Verificarea conexiunilor, mufelor și starea grilelor de ventilare;</li> <li>• Testarea tuturor sistemelor pentru aprecierea prezenței/lipsei defecțiunilor ascunse;</li> <li>• Verificarea sondelor (traductorilor) sub aspect de funcționare, integritate. Verificarea suprafețelor zonei de contact sub aspect prezență/lipsă fisuri și/sau zgârieturi, verificarea acestora la un spectru variat de frecvențe;</li> <li>• Verificarea dispozitivului în toate regimurile de funcționare, la care se analizează calitatea imaginii, precizia setărilor și funcționarea corectă a tuturor funcțiilor;</li> <li>• Curățirea interioară a filtrelor și componentelor electronice de praf și alte impurități;</li> </ul>	<p>Serviciile de mentenanță pentru ultrasonograful Hitachi Aloka Arietta V60 vor asigura funcționarea corectă, sigură și continuă a echipamentului. Mentenanța va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea integrității cadrului/ecranului/sondelor;</li> <li>• Verificarea conexiunilor, mufelor și starea grilelor de ventilare;</li> <li>• Testarea tuturor sistemelor pentru aprecierea prezenței/lipsei defecțiunilor ascunse;</li> <li>• Verificarea sondelor (traductorilor) sub aspect de funcționare, integritate. Verificarea suprafețelor zonei de contact sub aspect prezență/lipsă fisuri și/sau zgârieturi, verificarea acestora la un spectru variat de frecvențe;</li> <li>• Verificarea dispozitivului în toate regimurile de funcționare, la care se analizează calitatea imaginii, precizia setărilor și funcționarea corectă a tuturor funcțiilor;</li> <li>• Curățirea interioară a filtrelor și componentelor electronice de praf și alte impurități;</li> <li>• Verificarea/actualizarea soft-ului, înlăturarea erorilor de program;</li> </ul>	-

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificarea/actualizarea soft-ului, înlăturarea erorilor de program;</li> <li>• Calibrarea. Corectarea imaginilor și verificarea parametrilor de sensibilitate, adâncime, contrast și funcționarea sondelor;</li> <li>• Verificarea sistemelor de siguranță și alimentare.</li> <li>• Efectuarea altor intervenții reglementate de producătorul dispozitivului.</li> </ul> <p>Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibrarea. Corectarea imaginilor și verificarea parametrilor de sensibilitate, adâncime, contrast și funcționarea sondelor;</li> <li>• Verificarea sistemelor de siguranță și alimentare.</li> <li>• Efectuarea altor intervenții reglementate de producătorul dispozitivului.</li> </ul> <p>Intervențiile se vor realiza de personal calificat, conform instrucțiunilor producătorului. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore. După fiecare intervenție se va întocmi raport de service.</p>	
22	50400000-9	<b>Lot 22.</b> Mentenanța dispozitivelor de endoscopie	-	-	-	<p>Serviciile de <b>mentenanță preventivă și corectivă</b> pentru dispozitivele de endoscopie, va cuprinde: verificarea sistemelor optice și de iluminare, controlul cablurilor și conectorilor, curățarea și dezinfectarea componentelor, verificarea software-ului și funcțiilor de achiziție imagini, teste de performanță și calitate a imaginii.</p> <p>Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defecțiunilor hardware și software, înlocuirea pieselor uzate și recalibrarea sistemului.</p> <p>Serviciile vor fi efectuate de <b>personal tehnic calificat</b>, instruit de producător sau reprezentant autorizat, cu respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și standardelor de siguranță medicală. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore.</p> <p>După fiecare intervenție se va întocmi raport de service.</p>	<p>Serviciile de <b>mentenanță preventivă și corectivă</b> pentru dispozitivele de endoscopie, va cuprinde: verificarea sistemelor optice și de iluminare, controlul cablurilor și conectorilor, curățarea și dezinfectarea componentelor, verificarea software-ului și funcțiilor de achiziție imagini, teste de performanță și calitate a imaginii.</p> <p>Mentenanța corectivă va consta în diagnosticarea defecțiunilor hardware și software, <b>reparatia angulatiei, inlocuirea duzei de apa-aer și recalibrarea sistemului.</b></p> <p>Serviciile vor fi efectuate de <b>personal tehnic calificat</b>, instruit de producător sau reprezentant autorizat, cu respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova și standardelor de siguranță medicală. Timpul de răspuns va fi de maximum 24 de ore.</p> <p>După fiecare intervenție se va întocmi raport de service.</p>	-

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**