

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1655477829847	Data :29.07.2022	Alternativ a nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Lot :3,19,20,26	Pagina: _____dîn _____

Cod CPV	Denumire	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
Nr. Lot	Lot							
1	2		3	4	5	6		8
3	Termostat	Termostat	Incușell 111 Ecoline MC000222	Cehia	BMT	conform caietului de sarcini	conform Anexa3 la oferta	
19	Sistem preparare și dispensare medii de cultură	Sistem preparare și dispensare medii de cultură	Mediaclave+Medi ajet	Elveția	Integra	conform caietului de sarcini	conform Anexa 1 la oferta	
20	Euvă 80-150 litri	Euvă 80-150 litri	Venicell 111 Eco Line MC000212	Cehia	BMT	conform caietului de sarcini	conform Anexa 2 la oferta	

26	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	CUT 5062	Germany	SLEE	Microtom semiautomat cu aplicatii multiple.1. Să dețină următoare gamă de selecție a grosimii de secționare:• Reglaj fin al grosimii de secționare prin intermediul motorului pas cu pas până la 0.5 – 100 μm.o Reglaj grosime tăiere 0.5 - 2 μm / pas de 0.5 μm.o Reglaj grosime tăiere 2 - 20 μm / pas de 1 μm.o Reglaj grosime tăiere 20 - 50 μm / pas de 2 μm.o Reglaj grosime tăiere 50 - 100 μm / pas de 5 μm. • Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas până la 750 μm.o Reglaj grosime fasonare până la 2 μm / pas de 0.5 μm.o Reglaj grosime fasonare până la 20 μm / pas de 11 μm.o Reglaj grosime fasonare până la 50 μm / pas de 2 μm.o Reglaj grosime fasonare până la 150 μm / pas de 5 μm.o Reglaj grosime fasonare până la 750 μm / pas de 10 μm.2. Plașa de alimentare orizontală de 28 mm.3. Cursa verticală specimen de 72 mm.4. Retragerea specimenului la cursa de întoarcere să poată fi oprită.5. Deține sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas.6. Sistem de manipulare intuitiv cu un singur buton.7. Sistem de control variabil al vitezei de avansare – 75, 150, 300, 600 μm/s.8. Are funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsierea poziției.9. Roata pivotantă integrată ce se poate bloca în orice poziție.10. Are orientare fină pe 2 X/Y +/- 8° 11. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clemă de specimen.12. Să aibă potrivire rapidă a suportilor de cuțit cu ghidaj de precizie.13. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen.14. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. 15. Tava amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară.16. Va fi livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlă cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet.17. Dimensiuni maxime: (L/I/h) 520x600x325 mm.18. Greutate: minim 30 kg. Anul de producere: 2022.Cerințe de certificare: ISO Termen de garanție: 36 luni/instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.
----	----------------------	----------------------	----------	---------	------	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.Buga,I.Selar În calitate de: Manager

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5