

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

	Numărul procedurii de ocde-b3wdp1-MD-1747653622621 din 28.05.2025
	Obiectul achiziției: Echipament de laborator pentru laboratorul ADN (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință)
1	2	3	4	5	6	7
				Lot.1 Termometru electronic cu sonda		
Lot 1 Termometru digital pentru frigider/congelator cu sondă	11725853 TRACEABLE REFRIG THERM 2 BTL	SUA	ThermoFisher	-termometru electronic cu sondă (senzor) pe fir; - lungime fir (cu sondă) nu mai mică de 100 cm; - lungime sondă aproximativ 2 cm; - interval de măsurare a temperaturii -50 - +40 grade Celsius; - precizia măsurării de temperatură până la 0.1 grade Celsius; - afisaj LCD; - Afisajul digital cu 3 linii afisează simultan temperatura minimă, maximă și temperatura curentă; - rata de actualizare (frecvența de măsurare) 1 secundă; - alimentare baterie (incluse); - sonda poate fi amplasată în frigider, congelator, cameră etc; - Cu certificat de etalonare/calibrare de la producător. - Cu certificat metrologic conform ISO 17025:2018 emis de instituția specializată din Republica Moldova.	- termometru electronic cu sondă (senzor) pe fir; - lungime fir (cu sondă) nu mai mică de 100 cm; - lungime sondă aproximativ 2 cm; - interval de măsurare a temperaturii -50- +70 grade Celsius; - acuritatea ±0.3°C grade Celsius/ rezoluția 0.01°C; - afisaj LCD; - Afisajul digital cu 3 linii afisează simultan temperatura minimă, maximă și temperatura curentă; - rata de actualizare continuă; - alimentare baterie (incluse); - sonda poate fi amplasată în frigider, congelator, cameră etc; - Cu certificat de calibrare de la producător . - Certificatul de trasabilitate cu numerotare de serie individual, furnizat de un laborator de calibrare acreditat ISO 17025 de către A2LA™; indică trasabilitatea conform standardelor furnizate de NIST™ (National Institute of Standards and Technology).	

				Lot 2. Vortex pentru plăci PCR		
Lot 2 Vortex pentru plăci PCR	Digital Vortex Mixer 88882010 + 88882122 + 88882120	China	ThermoFisher	Vortex pentru plăci PCR, compatibil cu plăci de 96 godeuri; Tip de mișcare: orbitală; Viteză de amestecare de la 300rpm până la minim 2000rpm cu posibilitatea reglării; Moduri de operare: – Continuu, – Prin apăsare; Cu cronometru 1sec-99min; Afișaj digital; Control electronic al vitezei; Funcția de oprire automată; Compatibil cu diferite formate de plăci; Cu sistem de prindere pentru plăci PCR, pentru a preveni alunecarea; Nivel de zgomot redus; Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz; Cu picioruțe anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru; Carcasă rezistentă, din material durabil, rezistent la substanțe chimice.	Vortex pentru plăci PCR, compatibil cu plăci de 96 godeuri; Tip de mișcare: orbitală; Viteză de amestecare de la 200rpm până la 3000 rpm (pentru placi, pana la 2000 rpc)cu posibilitatea reglării; Moduri de operare: – Continuu, – Prin apăsare; Cu cronometru pana la 99min; Afișaj si control digital; Control digital al vitezei; Funcția de oprire automată; Compatibil cu diferite formate de plăci de 96 godeuri; Cu sistem de prindere pentru plăci PCR, pentru a preveni alunecarea; Nivel de zgomot redus; Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz; Cu picioruțe anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru; Carcasă rezistentă, din material durabil, rezistent la substanțe chimice.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghenadie Rusu În calitate de: Director

Ofertantul: Bio Analitica SRL Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of. 10, Chisinau, Republica Moldova