

**Certificat de calitate №2102 din 05.02.2026
valabil pina la 05.02.2027
pentru oxigen medicinal in stare gazoasa
GOST 5583-78**

Gaz: **Oxigen**
Livrat în : **Butelie 20L**
Presiune îmbuteliere : **150 bar**
Continutul gaz / butelie : **3.15m3**
Termen de valabilitate : **2 ani**
Societatea Furnizoare : **SC DIROVE-NORD SRL**
Beneficiar : **IMSP Institutul Mamei și Copilului**

№	Denumirea indicatorilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentratia de O2, in %, nu mai putin de	99.5	99.91
2	Concentratia vaporilor de apa, in %, nu mai mult de	0.009	0.007
3	Concentratia de H2, in %, nu mai mult de	nu se testeaza	-
4	Concentratia de CO2, nu mai mare	0.01	0.003
5	Continutul de CO	retinut conform aliniatului 3.6	retinut
6	Continutul de acizi	retinut conform aliniatului 3.7	retinut
7	Continutul de O3 si alte gaze oxidante	retinut conform aliniatului 3.8	retinut
8	Continutul de baze	nu se testeaza	-
9	Prezenta mirosului	absent	abs

Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78

Inginer superior,

Bulban V.

