

Pentru Lotul nr. 2, oferta prezentată de S.R.L. "BIO ANALITICA" nu corespunde cerințelor tehnice, solicitate conform Anunțului de participare, și anume:

- s-a solicitat congelator de laborator, cu volumul de 200 L sau mai mare, însă operatorul economic a oferit congelator de laborator cu volumul de 198 L.