

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1770048758256 din 24.02.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea investigațiilor hematologice și pentru hemostază cu analizatoare în comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anul 2026 - REPETAT

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 23.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea investigațiilor hematologice și pentru hemostază cu analizatoare în comodă conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anul 2026 - REPETAT" prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1770048758256 din 24.02.2026

pentru o durată de 160 (una sută șaiszeci) zile, respectiv până la data de 03.08.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 23.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1770048758256 din 24.02.2026				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea investigațiilor hematologice și pentru hemostază cu analizoare în comod conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anul 2026 - REPETAT				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR)	Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR)	Investigatii hematologice la analizatorul cu VSH BC-760, Mindray	China	Mindray	Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR)	Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: -
		Analizator hematologic în comodat	Auto Hematology Analyzer with ESR BC-760	China	Mindray	Se solicită punerea la dispoziția beneficiarului în mod comodat - 3 dispozitive medicale identice ca model și performanță. Operatorul economic va dona suplimentar instituția cu cel de bază, în scopul realizării nelentrepuse a investigațiilor în perioada de staționare a dispozitivului de bază în caz de defecție, care urmează a fi instalat și a fi funcțional în cadrul instituției consemnat cu dispozitive de bază (dispozitiv pentru back up). Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi oferit în comodat. Descrierea: analizatorul automat pentru efectuarea investigațiilor hematologice, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționat. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Incub, complet automat, acces direct (random access), posibilitatea conectării la sistemul informatic de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 40 teste pe oră. Parametri determinați și calculați: WBC, NEU%, NEU, LYMP%, LYMP, MON%, MONO%, EOS%, EOS%, BASO%, BASO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV și/sau RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT. Echipamentul oferit trebuie să asigure și determinarea VSH (ESR), fie prin model integrat în analizatorul hematologic, fie prin echipament automat dedicat, compatibil și integrabil cu analizorul oferit. Tip probă: sânge integral Reagent: Incubi, gata pentru utilizare Incubare probe: automat, din rack-out, continuă Conectivitate sistem informatic: bidirecțional Interfață cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (fără cu dispozitivul), tastatură, mouse. Identificare probe și reagenti prin coduri de bare Stocare și reevaluare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up minim 15 minute Imprimantă alb-negru. Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cășor coduri de bare. Note: Oferte de preț trebuie să includă tot materialul și consumabilele necesare pentru investigațiile/tehnice indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate). Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețeaua instituției Conectarea analizatorului la sistemul informatic al LIS* Instalarea personalului Menținerea preventivă și corectivă pe toată durata acorului-cadru alți pentru analizele cit și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Serviciile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acorului-cadru alți pentru analizele cit și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata acorului-cadru pentru analizele cit și pentru dispozitive auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Pentru reactiva nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de validitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: minim 6 luni, dar nu mai puțin de 90 % din termenul total de validitate. Să se indice timpul de stabilizare a reactivelor după deschiderea Temelele mai mari vor fi considerate un avantaj Operatorul economic va include în oferta doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigatie considerat: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigatie în fiecare zi lucrătoare. - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului de comodat. - UPS și costurile acumulatoarelor necesare pe toată perioada contractului de comodat. - Calculator, monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defecție. - Toate consumabile, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, litrași și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea nelentrepusă a investigațiilor. Toți agenții economici vor asigura livrarea citre beneficiar a kit-urilor pentru realizarea controlului extern intermedular a câștigii pentru investigațiile de laborator efectuate la dispozitivele din comodat.	Brouura "BC-760/760, Operator's Manual, IVDR, EN, V5.0" și broșura "Intouch BC-760". Se solicită punerea la dispoziția beneficiarului în mod comodat - 3 dispozitive medicale identice ca model și performanță. Operatorul economic va dona suplimentar instituția cu 1 dispozitiv adițional, identic cu cel de bază, în scopul realizării nelentrepuse a investigațiilor în perioada de staționare a dispozitivului de bază în caz de defecție, care urmează a fi instalat și a fi funcțional în cadrul instituției consemnat cu dispozitive de bază (dispozitiv pentru back up). Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi oferit în comodat. Descrierea: analizatorul automat pentru efectuarea investigațiilor hematologice, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționat. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Incubi, complet automat, acces direct (random access), posibilitatea conectării la sistemul informatic de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 40 teste pe oră. Parametri determinați și calculați: WBC, NEU%, NEU, LYMP%, LYMP, MON%, MONO%, EOS%, EOS%, BASO%, BASO%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV și/sau RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT. Echipamentul oferit trebuie să asigure și determinarea VSH (ESR), fie prin model integrat în analizatorul hematologic, fie prin echipament automat dedicat, compatibil și integrabil cu analizorul oferit. Tip probă: sânge integral Reagent: Incubi, gata pentru utilizare Incubare probe: automat, din rack-out, continuă Conectivitate sistem informatic: bidirecțional Interfață cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (fără cu dispozitivul), tastatură, mouse. Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Stocare și reevaluare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up minim 15 minute Imprimantă alb-negru. Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cășor coduri de bare. Note: Oferte de preț trebuie să includă tot materialul și consumabilele necesare pentru investigațiile/tehnice indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate). Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețeaua instituției Conectarea analizatorului la sistemul informatic al LIS* Instalarea personalului Menținerea preventivă și corectivă pe toată durata acorului-cadru alți pentru analizele cit și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Serviciile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acorului-cadru alți pentru analizele cit și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata acorului-cadru pentru analizele cit și pentru dispozitive auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Pentru reactiva nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de validitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: minim 6 luni, dar nu mai puțin de 90 % din termenul total de validitate. Să se indice timpul de stabilizare a reactivelor după deschiderea Temelele mai mari vor fi considerate un avantaj Operatorul economic va include în oferta doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigatie considerat: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigatie în fiecare zi lucrătoare. - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului de comodat. - UPS și costurile acumulatoarelor necesare pe toată perioada contractului de comodat. - Calculator, monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defecție. - Toate consumabile, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, litrași și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea nelentrepusă a investigațiilor. Toți agenții economici vor asigura livrarea citre beneficiar a kit-urilor pentru realizarea controlului extern intermedular a câștigii pentru investigațiile de laborator efectuate la dispozitivele din comodat.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429543
		DS Diluent (20L)	105-012283-00 DS Diluent (20L)	China	Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'DS Diluent (20L)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'DS Diluent (20L)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429726
		M-6 LD Lyse (1L×4)	105-012288-00 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'M-6 LD Lyse (1L×4)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'M-6 LD Lyse (1L×4)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429733
		M-6 LH Lyse (1L×4)	105-012292-00 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'M-6 LH Lyse (1L×4)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'M-6 LH Lyse (1L×4)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429735
		M-6 FD Dye (12mL×4)	105-012298-00 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'M-6 FD Dye (12mL×4)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'M-6 FD Dye (12mL×4)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429730
		ESR Solution Reagent (1L×4)	105-026689-00 ESR Solution Reagent (1L×4)	China	Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'ESR Solution Reagent (1L×4)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'ESR Solution Reagent (1L×4)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429727;DM000429728
		PROBE CLEANSER (50ml)	105-002225-00 PROBE CLEANSER (50ml)	China	Mindray/Arche m	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'PROBE CLEANSER (50ml)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'PROBE CLEANSER (50ml)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429560;DM000429548;DM000429569

		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	China	Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)'	reactiv compatibil cu analizatorul BC-760 oferit în comodat: 'BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)'	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429561
		Control extern HEMATOLOGIE raportare trimestrială (4 ori pe an)	Control extern HEMATOLOGIE raportare trimestrială (4 ori pe an) MSEQUALITYE8 Hematology, 1 Level, 3Monthly	Italia	Biogroup Medical	Control extern HEMATOLOGIE raportare trimestrială (4 ori pe an)	Brosura "26.11.2025 ing-QS Catalogue - Rev. 4" Control extern HEMATOLOGIE raportare trimestrială (4 ori pe an)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: nu este dispozitiv medical. Producatorul detine certificat ISO 17043
		Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombiniu	Investigatii hematologice de Indexul Protrombiniu la analizatorul C-3100	0	0	Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombiniu	Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombiniu	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: -
		Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen	Investigatii hematologice de Fibrinogen la analizatorul C-3100, Mindray	0	0	Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen	Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: -
		Analizator hemostază în comodat	C-3100 Auto Coagulation Analyzer	China	BEIJING MINDRAY MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD./Mindray	Se solicită punerea la dispoziție beneficiarului în mod comodat – 1 dispozitiv medical. Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi oferit în comodat: Descrierea: analizator automat pentru efectuarea investigațiilor de hemostază, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționat. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random acces), posibilitatea conectării la sistemul informațional de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 160 analize pe oră și încărcare minim de 60 probe pe board. Tip probă: plasma Reagenți: lichizi, gata pentru utilizare. Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Conectivitate sistem informatic: bidirecțională Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatura, mouse, monitor min 24 inch Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Stocare și revizualizare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up minim 15 minute Imprimantă alb-negru, Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cititor coduri de bare. Note: Oferte de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabile necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate). Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele instituției Conectarea analizatorului la sistemul informațional „LIS” Instruirea personalului Menținerea preventivă și corectivă pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Toate consumabile necesare auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactive nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivelor după deschidere Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj În caz de defectare a dispozitivului pe o perioadă ≥24 ore, operatorul	Brosura "C3100 user manual.en.ro" și "C3100-brochure "Se solicită punerea la dispoziție beneficiarului în mod comodat – 1 dispozitiv medical. Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi oferit în comodat: Descrierea: analizator automat pentru efectuarea investigațiilor de hemostază, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționat. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random acces), posibilitatea conectării la sistemul informațional de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 160 analize pe oră și încărcare minim de 60 probe pe board. Tip probă: plasma Reagenți: lichizi, gata pentru utilizare. Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Conectivitate sistem informatic: bidirecțională Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatura, mouse, monitor min 24 inch Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Stocare și revizualizare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up minim 15 minute Imprimantă alb-negru, Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cititor coduri de bare. Note: Oferte de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabile necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate). Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele instituției Conectarea analizatorului la sistemul informațional „LIS” Instruirea personalului Menținerea preventivă și corectivă pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Toate consumabile necesare auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactive nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivelor după deschidere Termenele mai mari vor fi considerate un	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000463200

2	Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat					economic va asigura efectuarea analizelor acumulate într-un alt laborator, după metoda de lucru identică dispozitivului din dotare. Operatorul economic va include în ofertă doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigație considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigație în fiecare zi lucrătoare. - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului de comodat - UPS și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului de comodat - Calculator, monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, cuvete de reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea neîntreruptă a investigațiilor. Toți agenții economici vor asigura livrarea către beneficiar a Kit-urilor pentru realizarea controlului extern internațional a calității pentru investigațiile de laborator efectuate la dispozitivele din comodat	avantaj în caz de detectare a dispozitivului pe o perioadă ≥24 ore, operatorul economic va asigura efectuarea analizelor acumulate într-un alt laborator, după metoda de lucru identică dispozitivului din dotare. Operatorul economic va include în ofertă doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigație considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigație în fiecare zi lucrătoare. - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului de comodat - UPS și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului de comodat - Calculator, monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, cuvete de reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea neîntreruptă a investigațiilor. Toți agenții economici vor asigura livrarea către beneficiar a Kit-urilor pentru realizarea controlului extern internațional a calității pentru investigațiile de laborator efectuate la dispozitivele din comodat	
		Prothrombin Time Reagent(PT)	105-006658-00 Prothrombin Time Reagent(PT)	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Prothrombin Time Reagent(PT)' ambalaj: 10 x 2 ml (estimativ 200 teste in set)	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Prothrombin Time Reagent(PT)' ambalaj: 10 x 2 ml (estimativ 200 teste in set)	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463207
		Fibrinogen Assay Kit (FIB)	105-006670-00 Fibrinogen Assay Kit (FIB)	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Fibrinogen Assay Kit (FIB)' ambalaj: 6×2 ml Thrombin Reagent + 1×1ml Fibrinogen Reference Plasma + 2×75ml FIB Buffer (estimativ 240 teste in set)	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Fibrinogen Assay Kit (FIB)' ambalaj: 6×2 ml Thrombin Reagent + 1×1ml Fibrinogen Reference Plasma + 2×75ml FIB Buffer (estimativ 240 teste in set)	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463211
		Cleaning Solution I	105-006676-00 Cleaning Solution I	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Cleaning Solution I' ambalaj: 10 x 15ml	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Cleaning Solution I' ambalaj: 10 x 15ml	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463216
		Cleaning Solution II	105-006677-00 Cleaning Solution II	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Cleaning Solution II' ambalaj: 1 x 2500ml	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Cleaning Solution II' ambalaj: 1 x 2500ml	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463217
		Auto cuvettes	040-001952-00 Auto cuvettes	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Auto cuvettes ' ambalaj: 1000pcs	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Auto cuvettes ' ambalaj: 1000pcs	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463200
		Coagulation control (level 1)	105-023642-A0 Coagulation control (level 1)	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Coagulation control (level 1)' ambalaj: 10 x 1 ml	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Coagulation control (level 1)' ambalaj: 10 x 1 ml	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463215
		Coagulation control (level 2)	105-023643-A0 Coagulation control (level 2)	China	SHANGHAI LONG ISLAND BIOTEC. CO., LTD./Mindray	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Coagulation control (level 2)' ambalaj: 10 x 1 ml	reactiv compatibil cu analizatorul C-3100 oferit in comodat: 'Coagulation control (level 2)' ambalaj: 10 x 1 ml	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000463215
		Control extern COAGULARE raportare trimestrială (4 ori pe an) MSEQSC4 Coagulation, 1 Level, 3Monthly	MSEQSC4 Coagulation, 1 Level, 3Monthly	Italia	Biogroup Medical	Control extern COAGULARE raportare trimestrială (4 ori pe an) MSEQSC4 Coagulation, 1 Level, 3Monthly	Brosura "26.11.2025 ing-QS Catalogue - Rev. 4" Control extern COAGULARE raportare trimestrială (4 ori pe an) MSEQSC4 Coagulation, 1 Level, 3Monthly	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: nu este dispozitiv medical. Producatorul detine certificat ISO 17043

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770048758256 din 24.02.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea investigațiilor hematologice și pentru hemostază cu analizoare în comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anul 2026 - REPETAT												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
1	Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) cu analizator în comodat	Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR)	Investigații	120000	12.68	13.72	1 522 176.66	1 646 857.32	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare	33100000-1	-	-
		Analizator hematologic în comodat	Bucată	3 + 1	Analizoare oferite in comodat 3 buc + 1 buc additional					33100000-1	-	-
		DS Diluent (20L)	set	231	695.22	750.84	160 595.82	173 444.04		33100000-1		
		M-6 LD Lyse (1L×4)	set	54	4 276.50	4 618.62	230 931.00	249 405.48		33100000-1		
		M-6 LH Lyse (1L×4)	set	18	4 528.06	4 890.31	81 505.08	88 025.58		33100000-1		
		M-6 FD Dye (12mL×4)	set	132	3 102.56	3 350.77	409 537.92	442 301.64		33100000-1		
		ESR Solution Reagent (1L×4)	set	66	7 666.56	8 279.88	505 992.96	546 472.08		33100000-1		
		PROBE CLEANSER (50ml)	set	66	270.07	324.09	17 824.62	21 389.94		33100000-1		
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	set	18	6 078.07	6 564.32	109 405.26	118 157.76		33100000-1		
		Control extern HEMATOLOGIE raportare trimestriala (4 ori pe an)	set	4	1 596.00	1 915.20	6 384.00	7 660.80		33100000-1		
						TOTAL LOT	1 522 176.66	1 646 857.32				
		Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic	Investigații	17000	13.94	15.98	236 909.95	271 632.15		33100000-1	-	-
		Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen	Investigații	12000	19.94	22.47	239 312.65	269 588.54		33100000-1	-	-
		Analizator hemostază în comodat	Bucată	1	gratuit in comodare							

2	Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator în comodat	Prothrombin Time Reagent(PT)	set	85	982.94	1 061.58	83 549.90	90 234.30	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare	33100000-1		
		Fibrinogen Assay Kit (FIB)	set	50	2 621.17	2 830.86	131 058.50	141 543.00		33100000-1		
		Cleaning Solution I	set	5	1 481.97	1 778.36	7 409.85	8 891.80		33100000-1		
		Cleaning Solution II	set	29	856.92	1 028.30	24 850.68	29 820.70		33100000-1		
		Auto cuvettes	set	29	6 480.91	7 777.09	187 946.39	225 535.61		33100000-1		
		Coagulation control (level 1)	set	4	4 680.66	5 055.11	18 722.64	20 220.44		33100000-1		
		Coagulation control (level 2)	set	4	4 680.66	5 055.11	18 722.64	20 220.44		33100000-1		
		Control extern COAGULARE raportare trimestrială (4 ori pe an) MSEQSC4 Coagulation, 1 Level, 3Monthly	set	1	3 962.00	4 754.40	3 962.00	4 754.40		33100000-1	-	-
												-
					TOTAL LOT	476 222.60	541 220.69					
					TOTAL Oferta	1 998 399.26	2 188 078.01					

11. Termenul de
 livrare/prestare/executare/instalare,
 instruire și dare în exploatare: în
 conformitatea cu pct.11 din
 Anunțul de Participare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
 Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1770048758256 din 24.02.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- va asigura instalarea echipamentelor livrate și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea acestora, activități organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat;
 - va acorda termen de garanție pe toată perioada contractului de comodat;
 - garantează respectarea perioadei de reacție: de cel mult 30 de minute la telefon și de cel mult 24 de ore la sediul beneficiarului, în cazul apariției defecțiunilor tehnice;
 - anul producerii produsului nu este mai vechi de 2023;
 - va asigura, pe perioada garanției, organizarea inspecțiilor planificate, întreținerii profilactice și calibrării conform programului stabilit, precum și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție, efectuate de către un inginer calificat;
 - numărul de înregistrare din Lista producătorilor de Echipamente Electrice și Electronice, conform prevederilor HG nr. 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) este MD2024-10-EEE-049;
 - termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui cel puțin 80% din termenul total de valabilitate al produsului.
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 23.02.2026

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)