

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА (ПАСПОРТ)
на иммуноферментную тест-систему «Vitrotest Anti-Toxocara»
для выявления антител к *Toxocara canis***

Серия: 0420

Дата изготовления: 2020-09-21

Срок годности: 2021-09-21

Каталожный номер и вариант комплектации: ТК058 96-1Т

Комплектность тест-системы и срок годности компонентов

Компонент	Серия	Срок годности
ИФА - планшет	0420	2022/06/16
Положительный контроль	0420	2022/06/17
Отрицательный контроль	0420	2022/06/17
Раствор для промывания Tw20 (20x) (концентрат)	0920	2022/09/11
Раствор для разведения сывороток	0420	2022/06/15
Раствор конъюгата	0420	2022/06/15
Раствор ТМБ	0920	2022/09/07
Стоп - реагент	0720	2022/09/11
Клейкая пленка	x	Неограниченный
Бланк внесения проб	x	Неограниченный
Инструкция	Редакция 2	Неограниченный

Диагностические характеристики тест-системы

Показатель	Результат контроля	Требования нормативной документации
ОП положительного контроля (450/620 нм)	3,332 00	≥ 1,200 00
ОП отрицательного контроля (450/620 нм)	0,016 00	≤ 0,150 00
Чувствительность на внутрипроизводственной панели сывороток	100 %	100 %
Специфичность на внутрипроизводственной панели сывороток	100 %	100 %

Вывод:

Иммуноферментная тест-система «Vitrotest Anti-Toxocara» для выявления антител к *Toxocara canis* серии 0420 соответствует требованиям ТУ У 24.4-36555928-001:2011 и инструкции по применению.

Дата: 2020/09/22

Документ сгенерирован в электронном виде.

Действителен без подписи.