

		SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)		
		<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritățile contractante în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>		
Numărul licitației:	LP nr.21036667		Data: 10.03.2021	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale (repetat)		Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. ord	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5
33090000-8	6	Efectuarea procedurii de mentenanță corectivă pentru Analizatorul genetic IONPGMSYS, ION PGM SYSTEM	Instalarea a 2 hard disk-uri pentru serverul PC al analizatorului, actualizarea software, mentenanță capital cu piese incluse și punerea în funcțiune	Instalarea a 2 hard disk-uri pentru serverul PC al analizatorului, actualizarea software, mentenanță capital cu piese incluse (PGM FRU pariposer kit p/n 4479642), și punerea în funcțiune	

Semnat: Numele, prenumele: Besirik Inga În calitate de: Director
Ofertantul: "Intermed-Service" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 616