

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21159334 din 02.02.2024						
Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC Serologia virală și pesta porcină africană / LDSA						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1 Set de diagnostic	FT274012, flocktype AIV Ab	Germania	Indical Bioscience	<p>Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede.</p> <p>microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren,</p> <p>conjugat concentrat până la 10x cu diluant,</p> <p>control pozitiv lichid sau leofilizat</p> <p>control negativ lichid sau leofilizat</p> <p>soluție de diluare pentru probe examinate și reactive</p> <p>soluție substrat</p> <p>soluția de spălare concentrată până la 20x</p> <p>soluție stop</p> <p>Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organization for Animal Health (WOAH founded as OIE).</p>	<p>Set de diagnostic care utilizeaza principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului influenței aviare de a fi utilizat pe probe de ser galinacee și palmipede.</p> <p>microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren,</p> <p>conjugat 1x, gata de utilizare, nu necesita pregătire suplimentara</p> <p>control pozitiv lichid , gata de utilizare</p> <p>control negativ lichid, gata de utilizare</p> <p>soluție de diluare pentru probe examinate</p> <p>soluție substrat</p> <p>soluția de spălare concentrată 10x</p> <p>soluție stop</p> <p>Setul este în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals al World Organization for Animal Health (WOAH founded as OIE), fiind aprobat de Friedrich-Loeffler-Institute si licențiat in conformitate cu § 11 (2) of the</p>	ISO, CoA

				<p>Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea.</p>	<p>German Animal Health Act (cod licența FLI-B 435). Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic conține un certificat de calitate și alt document (raport de validare) care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător și de la laborator internațional de referință OIE (Friedrich-Loeffler-Institute și Deventer International Proficiency Testing Scheme), în care sunt specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea.</p>	
LOT 6 Set de diagnostic	NDV, VetMAX NDV Kit	SUA	Thermo Fisher	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala de Newcastle. Componența: Soluție de diluare a acidului nucleic 25X NDV control RNA 25X NDV Primer Probe Mix Xeno™ RNA Controls sau echivalent 2X qRT-PCR Buffer 25X qRT-PCR Enzyme Mix Nuclease-free Water Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Recherche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5. Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).</p>	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la boala de Newcastle. Componența: Soluție de diluare a acidului nucleic 25X NDV control RNA 25X NDV Primer Probe Mix Xeno™ RNA Controls sau echivalent 2X qRT-PCR Buffer 25X qRT-PCR Enzyme Mix Nuclease-free Water Setul este compatibil cu instrumentele: System Corbet Recherche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5. Furnizorul se obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).</p>	ISO, CoA
LOT 7 Set de diagnostic	A28809, VetMAX African Swine Fever Virus Detection Kit	SUA	Thermo Fisher	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Pesta porcină africană. Kitul este o PCR duplex în timp real pentru detectarea ADN-ului virusului pestei porcine africane (ASFV) în ser, sânge integral și probe de țesut de porci, folosind primer și sonde TaqMan Componența: Mix ASFV (ready-to-use master mix for the detection of the ASFV) Control pozitiv- EPC ASFV Control intern- IPC ASFV</p>	<p>Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Pesta porcină africană. Kitul este o PCR duplex în timp real pentru detectarea ADN-ului virusului pestei porcine africane (ASFV) în ser, sânge integral și probe de țesut de porci, folosind primer și sonde TaqMan Componența: Mix ASFV (ready-to-use master mix for the detection of the ASFV) Control pozitiv- EPC ASFV Control intern- IPC ASFV</p>	ISO, CoA

				Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Recherche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5. Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).	Setul este compatibil cu instrumentele: System Corbet Recherche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5. Furnizorul se obliga la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).	
LOT 8 Set de diagnostic	WNPEXO 50, VetMAX West Nile Virus Kit	SUA	Thermo Fisher	Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Febra West Nile Kitul este un PCR duplex în timp real pentru detectarea ARN-ului virusului în ser/sânge integral de cabaline/galinacee Componența: Mix WNV (ready-to-use master mix for the detection of the WNV) Control pozitiv extern- EPC WNV Control pozitiv intern- IPC WNV Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Recherche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5 Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).	Setul de diagnostic pentru amplificarea acizilor nucleici la Febra West Nile Kitul este un PCR duplex în timp real pentru detectarea ARN-ului virusului în ser/sânge integral de cabaline/galinacee Componența: Mix WNV (ready-to-use master mix for the detection of the WNV) Control pozitiv extern- EPC WNV Control pozitiv intern- IPC WNV Setul este compatibil cu instrumentele: System Corbet Recherche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5 Furnizorul se obliga la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul beneficiarului).	ISO, CoA

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2