

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1703754150014

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
(repetat nr. 7)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
1. Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m ³) (Serviciul Medical MAI, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia)		MD	l.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m ³) (Serviciul Medical MAI, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puriție ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m ³) Puriție ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
2. Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia)		MD	l.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia).	Oxigen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m ³) Puriție ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78

					Puritate $\geq 99,5\%$. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tom În calitate de: Directoare
Ofertantul: Î.C. S. TehGaz Grup" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Mesager 8, MD-2069

