

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1606812169144						Data: „29” Ianuarie 2021	Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		"Reactivi, consumabile și articole de ustensilă pentru laborator, pentru anul 2021 "				Lot: _____		Pagina: __din __	
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Reactivi pentru markeri hepatici pentru analizatorul Stat Fax 303									
Lot 16	33696000-5	HBsAg de suprafață	I231-1021	SUA	ACON	Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	Metoda Elisa + Cerințe generale	Certificat ISO	
Lot 17	33696000-5	Anti HBsAg	I231-1271	SUA	ACON	Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	Metoda Elisa + Cerințe generale	Certificat ISO	
Lot 18	33696000-5	Anti HBcAb sumar (IgG + IgM)	I231-1081	SUA	ACON	Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	Metoda Elisa + Cerințe generale	Certificat ISO	
Lot 19	33696000-5	antiHCV Ab sumar (IgG + IgM)	I231-1031	SUA	ACON	Metoda Elisa + Cerințe generale, CE Marca	Metoda Elisa + Cerințe generale	Certificat ISO	
Reactivi chimici pentru investigații imunologice pentru analizatorul Stat Fax 303									
Lot 20	33696000-5	Proteina "C" Reactivă (CRP), teste	8.00.00.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Lot 21	33696000-5	Antistreptolizină	8.00.02.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Lot 22	33696000-5	Factorul Reumatoid (RF), teste	8.00.04.0.01 00	Marea Britanie	Atlas Medical	LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	LATEX-TEST + Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Lot 23	33696000-5	Troponină Elisa	K291	Federația Rusă	XEMA	96 teste/set, Cerințe generale, CE Marca	96 teste/set, Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Lot 24	33696000-5	Cartridj test (reagent) determinarea troponinei, sensibilitate înaltă	CG2001	CHINA	Getein Biotech	Cerințe generale, CE Marca	Cerințe generale, CE Marca, set.25 test-cartus	Certificat CE, ISO	
Reactivi pentru coagulometru „Trombostat”									
Lot 25	33696000-5	Tromboplastină cu active, 14-18s și ISI nu mai mic 1,1	735	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Cerințe generale, CE Marca	Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Lot 26	33696000-5	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut normal	774	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Lot 27	33696000-5	Plasma de control 4 parametri, liofilizată, standardizata, cu conținut patologic	775	Federația Rusă	Tehnology-Standard	Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	Ambalaj standard – fl. 1ml, Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	
Veselă și ustensilă de laborator									
Lot 46	33696000-5	Containere plastic cu capac pentru colectarea urinei, vol. 100 ml	331162	ITALIA	SYNTESYS	Cerințe generale	Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO	

Lot 55	33696000-5	Pipetă sterilă pentru prelevarea sângelui capilar, în ambalaj individual, până la 1 ml	323205	ITALIA	SYNTESYS	Cerințe generale	Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO
Lot 58	33696000-5	Eprubete din plastic 16x105, cu fundul conic, cu capac din cauciuc, cu etichetă, volum 12 ml	318159+ 318165	ITALIA	SYNTESYS	Cerințe generale	Cerințe generale, CE Marca	Certificat CE, ISO
Lot 62	33696000-5	Eprubete cu gel separator, 8-10 ml	318273	ITALIA	SYNTESYS	Cerințe generale	Eprubete cu gel separator, 10 ml. Cerințe generale, CE Marca,	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9