

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21118345/[ocds-b3wdp1-MD-1700050188571](#) din 20.11.2023

Obiectul achiziției: seturi TUR și seturi chirurgicale standard

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Set chirurgical standard steril	Wimes Z10-001-01 Nr. de înregistrare AMDM DM000396730	Turcia	Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Sağlık ürünleri san. ve tic. ltd. şti	1. Camp Mayo pentru masă de instrumente 145x80 cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermiabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85 cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150 cm (+/-10cm) – 1 buc.,Material neșesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermiabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant	Câmp p/u masa , cu zona ranforsat din SMS 150x190cm – 1 buc; Câmp p/u masa Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm – 1 buc; Șervețel p/u absorbție – să nu lase scame – 40x40cm – 2 buc; Câmp partea inferioară 190x195cm – 1 buc; Câmp partea superioară 150x270cm – 1 buc; .Panglica de operație 10x50 cm – 1 buc. Bandă de poziționare – pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de 5 cm; Zonă absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm²; Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 cm (±5 cm) de H2O/cm². Sterile,termen de	CE/ISO

				175x175 cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40 cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75 cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40 cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu. 5. Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25 cm (±5 cm) – 1 buc. Impermeabila, absorbanta, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile,termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;	valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.md