

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>Conform SIA RSAP</u> din <u>Conform SIA RSAP</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II pentru anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33000000-0	Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport	Cod 50.00168+50.00.08	Elvetia	ARDO	Vas 2 litri, polysulfon, capac cu miner, sistem mecanic de siguranță pentru revarsare și mecanism de fixare pe aspirator compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codurile de referință: borcan - 50.00.168, capac - 50.00.08. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner și fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 9. Furtun pentru borcan	Cod 50.00.01	Elvetia	ARDO	Tub de silicon (de 0.5metri) pentru interconectare aspirator-borcan cu 2 conectori de 45 grade, compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.01..	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 10. Furtun pentru borcan	Cod 50.00.02	Elvetia	ARDO	Tub de silicon transparent (de 1.70 metri) pentru aspirare, cu conector alb in unghi de 45 grade compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.02.	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 11. Filtru bacterial hidrofobic	Cod 50.00.05	Elvetia	ARDO	Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Numar de referinta 50.00.05	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.

Semnat:

Numele, Prenumele: **Ioan Razvan CARSTOCEA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Piata D. Cantemir 1

13.07.2020