

Specificații tehnice:

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764320723933 din 28 nov 2025					
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026 (sistem închis) REPETAT					
Denumirea medelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lot 14. Reactivi p/u analizatorul bacteriologic VITEC 2					
1. ASN-440	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	424502. VITEK® 2 AST-N440. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM000654171 din 09.11.2023
2. ASN-437	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	424498. VITEK® 2 AST-N437. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM000654167 din 09.11.2023
3. ASN-438	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	424499. VITEK® 2 AST-N438. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-negative, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea bacililor Gram-negativi aerobi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM000654168 din 09.11.2023
4. ASP-658	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	423051. VITEK®2 AST-P658. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM1000528308 din 05.06.2023
5. ASP-659	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	423050. VITEK®2 AST-P659. Cardul pentru testarea sensibilității la bacteriile Gram-pozitive, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea Staphylococcus spp., Enterococcus spp., și S. agalactiae la agenții antimicrobieni, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM1000528307 din 05.06.2023
6. GP- identificare	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	21342. VITEK® 2 GP. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-pozitivi (GP) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a celor mai importante microorganisme Gram-pozitive. Ambalaj: 20 carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM1000306628 din 07.05.2021
7. AST-Y08	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	420739. VITEK® 2 AST-YS08. Cardul pentru testarea sensibilității la infecțiile fungice, VITEK® 2, este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems în laboratoarele clinice ca metodă de testare in vitro, pentru a determina sensibilitatea levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic la agenții antifungici, conform instrucțiunilor. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM1000306636 din 07.05.2021
8. GN -identificare	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	21341. VITEK® 2 GN. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea germenilor Gram-negativi (GN) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a bacililor Gram-negativi fermentativi și nefermentativi cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM1000306627 din 07.05.2021
9. YST-identificare	SUA	bioMérieux Inc.	ambalaj standart pentru analizator 1kit ~20 carduri	21343. VITEK® 2 YST. Cardul VITEK® 2 pentru identificarea levurilor (YST) este conceput pentru a fi utilizat împreună cu VITEK® 2 Systems pentru identificarea automatizată a levurilor și a microorganismelor asemănătoare levurilor cu cea mai mare semnificație din punct de vedere clinic. Ambalaj: 20carduri/kit. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM1000306629 din 07.05.2021
10. Soluție Suspensie (NaCl 0.45%)	Franța	bioMérieux SA	set a câte 3 flacoane de 500 ml.	V1204. Soluție salină sterilă numai pentru utilizarea in vitro. NaCl 0,45 % - pH = 4,5 – 7,0. Flacone de plastic de 500 ml. Kit = 3 flacoane. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO nu este dispozitiv medical

11. Virfuri GN	Franța	bioMérieux SA	cutie a câte 96 virfuri	30507. Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificațiile produsului: Capacitate: 0,5 - 250 µl. Vârful de pipetă sunt fixate. Conținutul pachetului: 1 cutie conține 96 varfuri. Bucată = cutie. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO nu este dispozitiv medical
12. Virfuri GP	Franța	bioMérieux SA	cutie a câte 96 virfuri	30501. Varfuri pipeta. Acest produs de calitate este ideal pentru pipete cu un singur canal și multicanal. Specificațiile produsului: Capacitate: 100 - 1000 µl. Vârful de pipetă sunt fixate. Conținutul pachetului: 1 cutie conține 96 varfuri. Bucată = cutie. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO nu este dispozitiv medical
13. Tuburi polisteren clare 12x75	Franța	bioMérieux SA		69285. TUBURI DE POLISTIRENA (UNSENSITIZED TUBES 12X75 mm). Clare, pentru analizorul VITEK® 2. Ambalaj: Cutie 1x2000 bucăți. Unitatea de masura - cutie. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	ISO nu este dispozitiv medical
14. KIT DENSICHECK PLUS STANDARDS	SUA	bioMérieux Inc.		21255. Standard calibrare densicheck plus. Kit pentru verificarea performanței de măsurare a instrumentului Densicheck Plus. Valoarea exprimată în standard McFarland este notată pe tubul standard. Conținut kit: set de 4 standarde – 0,0 (blank); 0,5; 2,0 și 3,0. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM000643325 din 13.10.2023
15. Enterococcus casseliflavus ATCC 700327	SUA	Microbiologies Inc.	Câte două bucăți în tub.	0761P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Enterococcus casseliflavus derived from ATCC® 700327™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM000760772 din 22.11.2024
16. Candida albicans ATCC 14053	SUA	Microbiologies Inc.	Câte două bucăți în tub.	0332P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Candida albicans derived from ATCC® 14053™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO DM000579425 din 14.08.2023
17. C. parapsilosis ATCC 22019	SUA	Microbiologies Inc.	Câte două bucăți în tub.	0726P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Candida parapsilosis derived from ATCC® 22019™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO număr dosar depus la AMDMD: 5190 din 22.12.2025
18. P. aeruginosa ATCC 27853	SUA	Microbiologies Inc.	Câte două bucăți în tub.	0353P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Pseudomonas aeruginosa derived from ATCC® 27853™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO număr dosar depus la AMDMD: 5191 din 22.12.2025
19. S. aureus ATCC 29213	SUA	Microbiologies Inc.	Câte două bucăți în tub.	0365P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Staphylococcus aureus subsp. aureus derived from ATCC® 29213™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO număr dosar depus la AMDMD: 5192 din 22.12.2025
20. E. coli ATCC 25922	SUA	Microbiologies Inc.	Câte două bucăți în tub.	0335P. KWIK-STIK™ 2 Pack. Escherichia coli derived from ATCC® 25922™*. Ambalaj: 1tub=2tulpini. Conform cerințelor generale. Conform cerințelor lotului.	CE, ISO număr dosar depus la AMDMD: 5193 din 22.12.2025

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Mediclin AM Adresa: mun. Chisinau, str Vasile Alecsandri 141 et 1