

# WEIDMANN

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 137

Потребитель Молдова г. Кишинев SRL "Экохимия"

Наименование бумаги

Бумага фильтровальная лабораторная «Ф»

Дата изготовления 09.12.2011г.

Дата отгрузки 18.04.2012г.

Партия №	146	217
Масса нетто, кг	1000	1040
Ширина рулонов, бобин, мм	520	740


### Технические показатели по ГОСТ 12026-76

Наименование показателя	Норма	Средние данные по партии	
1 Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	75 ± 3	75,2	75,5
2 Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее	5	7,3	8,6
3 Фильтрующая способность, С, не более	45	26	18
4 Массовая доля железа, %, не более	0,0040	0,0019	0,0024
5 Массовая доля золы, %, не более	0,20	0,17	0,17
6 Сорность- число соринки на 1 м <sup>2</sup> , площадью более 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более	150	30	41
площадью свыше 0,5 мм <sup>2</sup>	не допускаются	—	—
7 Влажность, %	4-7	6,1	5,7

Партия по качеству соответствует ГОСТ 12026-76

Продукция произведена в контролируемых условиях, установленных сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн (Bureau Veritas Certification) Системой Менеджмента качества, соответствующей стандарту ISO 9001  
Сертификат № 226225

Начальник ОТК



Н. И. Ткаченко