

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1668159383681 / 21067181</b> din: <b>11.11.2022</b> conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea Sterilizatoarelor cu aer cald (repetat)</b>

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>1</b>	Sterilizator cu aer cald, volumul 100 L	GRX-9123A	CHINA	ZenithLab	<p>Sterilizator cu aer cald uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox, construcție exterioară cu acoperire anticorozivă.</p> <p>Caracteristici tehnici: Volumul camerei sterilizatoare – 100L +5L. Regimuri de sterilizare programabile. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Protecție la supraîncalzire – analogic digitală. Alarmă acustică vizuală. Temperatura 500 –2500C, abatere temperatura nu mai mare de 20C. Setarea timpului 1–999 min, abatere timp – &lt; 1 min. Timp de încălzire până la 1800C &lt; 25 min. Regim de sterilizare prestabilite: 1800C 60min; 1600C 150 min; 1200C 45 min. Timpul de răcire: &lt; 35 min, până la 750C. Deconectare de avariere la temperatura 2050 –2350C.</p>	<p>Sterilizator cu aer cald uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox, construcție exterioară cu acoperire anticorozivă.</p> <p>Caracteristici tehnici: Volumul camerei sterilizatoare – 100L +5L. Regimuri de sterilizare programabile. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Protecție la supraîncalzire – analogic digitală. Alarmă acustică vizuală. Temperatura 500 –2500C, abatere temperatura nu mai mare de 20C. Setarea timpului 1–999 min, abatere timp – &lt; 1 min. Timp de încălzire până la 1800C &lt; 25 min. Regim de sterilizare prestabilite: 1800C 60min; 1600C 150 min; 1200C 45 min. Timpul de răcire: &lt; 35 min, până la 750C. Deconectare de avariere la temperatura 2050 –2350C.</p>	CE

				<p>Tipul de funcționare fără întrerupere &gt; 8ore.  Rafturi &gt;2, din oțel inox.  Alimentare: cerințe de alimentare la rețeaua electrică 190–240 V, 50–60 Hz.  Anul de producere: analogic 2022.  Documente: proces-verbal de predareprimire, proces-verbal de instalare, procesverbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrologică, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.  Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.  Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022</p>	<p>Tipul de funcționare fără întrerupere &gt; 8ore.  Rafturi &gt;2, din oțel inox.  Alimentare: cerințe de alimentare la rețeaua electrică 190–240 V, 50–60 Hz.  Anul de producere: analogic 2022.  Documente: proces-verbal de predareprimire, proces-verbal de instalare, procesverbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, certificat de verificare metrologică, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.  Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.  Data livrării nu mai târziu de 09.12.2022</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_  
Numele, Prenumele Jighili Tatiana  
În calitate de: administrator  
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv  
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301