

ATTESTATION DE CONFORMITÉ ATTESTATION OF CONFORMITY

N° 38334 - 0

APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DESINFECTION DISINFECTION PRETREATMENT APPLIANCES

Documents de référence / Reference document

Textes réglementaires / Regulations :

Article R.1335-8 et suivants du code de la santé publique

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des DASRIA (NOR: AFSP1618294A)

Arrêté du 28 avril 2017 portant agrément du LNE (NOR: AFSP1712530A)

Normes / Standard : NF X 30-503-1 : Février 2016

Référentiel / Framework : Référentiel LNE – Revue n°1 – Janvier 2020

Titulaire de l'attestation / Attestation holder :

TESALYS

PARC D ACTIVITE DU CASSE 7 RUE DU CASSE

FRANCE - 31240 - SAINT JEAN

Appareil fabriqué par / Appliance manufactured by :

TESALYS

PARC D ACTIVITE DU CASSE 7 RUE DU CASSE

FRA - 31240 - SAINT JEAN

Référence commerciale de l'appareil / Commercial reference of the appliance : STERIPLUS™ 80

Technologie pour la modification de l'apparence / Technology for the appearance modification :

Broyage / Grinding

Technologie pour la désinfection / Technology for the disinfection :

Traitements thermiques - Stérilisation à la vapeur d'eau saturée / Heat treatment - Steam sterilization

Référence du dossier technique / Technical file reference : Annexe 3 - Dossier Technique - Janvier 2022

Référence du rapport d'évaluation / Evaluation file reference : P222334/2

Le LNE atteste que l'appareil décrit dans le dossier technique et le rapport d'évaluation susvisés répond aux prescriptions réglementaires et normatives définies dans les documents de référence.

The LNE attests that the appliance referenced in the technical file and in the evaluation file aforementioned meets the regulatory and normative requirements defined in the reference documents.

Date de première délivrance : 21 juin 2022
First issue date

Date de début de validité : 21 juin 2022
Effective date

Valable jusqu'au : 20 juin 2027
Valid until

Délivré à Paris,

Pour le Directeur Général



Pascal PRUDHON

Responsable du Pôle Certification Environnement,

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Etablissement public à caractère industriel et commercial

Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 - NAF : 7120B - TVA : FR 92 313 320 244