

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	21647694 din 08.07.2026
Obiectul achizițieiAchiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot-1 Pulsoximetru de buzunar 260440	Lot-1 Pulsoximetr u de buzunar 260440	China	Shenzhh en AOJ MEDIC AL	Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarme Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Model AOJ-70A ☐ PM-30E ☐ Model AOJ-70A ☐ Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (AMDM DM000796792 Pulsoximetrul PM-30E (model AOJ-70A) este destinat măsurării neinvazive a saturației oxigenului din sânge (SpO ₂) și a frecvenței pulsului (PR) la adulți și copii, prin aplicarea pe deget Se anexeaza pasaport si instruction	ISO, CE Marc a
Lot-3 Higrometru/Psi hrometru 0 25C	Lot-3 Higrometru /Psi	Ucraina	Steclopri bor	Psihrometru 0-25C 260630 Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea	Lot-3 Higrometru/Psi hrometru 0 25C Psihrometru 0-25C 260630	

	hrometru 0 25C			exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 % Cu Buletin de verificare metrologică	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 % Cu Buletin de verificare metrologică valabil 2 ani	
Lot-17 Psihrometru Vit 2	Lot-17 Psihrometru Vit 2	Ucraina	Steclopri bor	Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640 Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 % Cu Buletin de verificare metrologică valabil 2 ani	

Semnat: Numele, Prenumele: Anna Bojenco În calitate de: Director
Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa V Lupu 16



Specificații de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii 21647694 din 08.07.2026
	Obiectul de achiziție Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot-1 Pulsoximetru de buzunar 260440	buc	310	280	336	86800	104160	Pina 90 de zile din inregistrarea contractului		
	Lot-3 Higrometru/Psi hrometru 0 25C	buc	11	230	276	2530	3036	Pina 90 de zile din inregistrarea contractului		
	Lot 17 Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	buc	21	230	276	4820	5796	Pina 90 de zile din inregistrarea contractului		

	TOTAL					94 150	112 980			
--	--------------	--	--	--	--	---------------	----------------	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: Anna Bojenco În calitate de: Director

Semnat Numele,
Prenumele: Anna



