

**Anexa nr. 22 la Documentația standard
nr. 115 din "15" septembrie 2021**

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21054364/ ocds-b3wdp1-MD-1648812215357 din 01.04.2022						
Obiectul de achiziție: "Consumabile medicale, Consumabile pentru dispozitive medicale, Consumabile pentru laborator și Articole parafarmaceutice"						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Cutii de incinerare						
Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 7,5 l (cu sac galben pericol biologic 10l)	Cutia pentru incinerarea deșeurilor medicale 7.5 l (cu sac galben)	Moldova	Atgaia	Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 7,5 l (cu sac galben pericol biologic 10l). Cu pictograma "Pericol Biologic". Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 7,5 l (cu sac galben). Cu pictograma "Pericol Biologic". Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Aviz sanitar
Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 20 l (cu sac galben pericol biologic 30l)	Cutia pentru incinerarea deșeurilor medicale, 18 L (cu sac galben)	Moldova	Atgaia	Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 20 l (cu sac galben pericol biologic 30l). Cu pictograma "Pericol Biologic". Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului .	Cutii de carton pentru colectarea deșeurilor medicale 18 l (cu sac galben). Cu pictograma "Pericol Biologic". Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului .	Aviz sanitar

Lot 2 Indicatoare pentru sterilizare						
Indicatoare pentru sterilizare Extern-132 grade N1000	МедИС-132/20	Rusia	Vinar	Indicatoare pentru sterilizare Extern-132 grade N1000. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Indicatoare pentru sterilizare Extern-132 grade N1000 teste. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Certificat de calitate
Indicatoare pentru sterilizare Intern-132 grade N1000	СтериТест - П - 132/20-02	Rusia	Vinar	Indicatoare pentru sterilizare Intern-132 grade N1000. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Indicatoare pentru sterilizare Intern-132 grade N1000 teste. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Certificat de calitate
Indicatoare pentru sterilizare Intern la 180 grade N1000	ИНТЕСТ-В4 (180°С - 60 МИН)	Rusia	Vinar	Indicatoare pentru sterilizare Intern la 180 grade N1000. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Indicatoare pentru sterilizare Intern la 180 grade N1000 teste. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Certificat de calitate
Lot 4 Hîrtie ECG						

Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf MAC- 600", „sau echivalentul”.	Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf MAC- 600”	Italia	Ceracarta	Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf MAC- 600”, „sau echivalentul”. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Hârtie ECG cu dimensiunea 80x90x250 foi, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf MAC- 600”, „sau echivalentul”. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	ISO, CE
Lot 5 Hîrtie USG pentru printare video						
Hîrtie termică USG pentru printare video, cu dimensiunea 84 mmx12,5 mm, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf General Electric Logic E”, „sau echivalentul”.	Hirtie USG ULSTAR - 1100HG (84x12.5)	Korea	Durico	Hîrtie termică USG pentru printare video, cu dimensiunea 84 mmx12,5 mm, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf General Electric Logic E”, „sau echivalentul”.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Hîrtie termică USG pentru printare video, cu dimensiunea 84 mmx12,5 mm, compatibil cu aparatul "Electrocardiograf General Electric Logic E”, „sau echivalentul”.Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	ISO, CE
Lot 10 Eprubetă pentru alcool						
Eprubetă LI HEPARIN 10 ml	18650	Italia	Kima	Eprubetă LI HEPARIN 10 ml. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	Eprubetă LI HEPARIN 10 ml, PP, 16x100mm. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total de valabilitate al produsului.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara 64/2