

Stimate operator economic,

ISDS "Obiecte Speciale 5101,5102" vă informează că, în cadrul procedurii de achiziție publică având ca obiect *cuptor de uscare pentru laborator radiologic*, oferta prezentată de către dvs. a fost respinsă.

În urma evaluării tehnice, s-a constatat că oferta nu corespunde cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, întrucât:

- lipsește **Software de monitorizare**, obligatoriu conform pct. 9G din Caietul de sarcini.

Vă mulțumim pentru participare și vă încurajăm să aplicați la viitoarele proceduri de achiziție organizate de instituția noastră.

Marina Puica

Lilia Ciobanu

