

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **Licitatie Publica ocds-b3wdp1-MD-1541065406055**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea sistemelor stomice conform necesitatilor IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2018 anuntata de CAPCS**

Cod CPV		Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
33100000-1	Lot. 1	Sisteme stomice	Type: Hydrocolloid	China	Shandong Kangli Medical Equipment Technology Co., Ltd	1.Cu evacuare, de tip deschis 2.Dimensiuni ~ 30x15 cm 3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare 4.Flanșă adezivă pentru fixare - 72 ore 5.Mecanizm de eliminare de tip deschis 6.O (1) clemă la 5 pungi Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). 7. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului dar, nu mai mic de 12 luni	1.Cu evacuare, de tip deschis 2.Dimensiuni ~ 30x15 cm 3.Sac din polipropilena cu fereastră de vizualizare 4.Flanșă adezivă pentru fixare - 72 ore 5.Mecanizm de eliminare de tip deschis 6.O (1) clemă la 5 pungi 7. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului dar, nu mai mic de 12 luni	Declarație de conformitate CE Certificat ISO 13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Olga BALANESCU** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Railsmed** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova