

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnica

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1712580234500 din 18.04.2024
Obiectul achiziției: Echipamente pentru metode moleculare utilizate în activitatea Laboratorului Național de Referință	

N/o lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2	Mixer pentru mostre	15920D	Germania	Thermofisher	Conform caietului de sarcini	Mixer pentru mostre (probe), ce combină rotația orbitală (end-over-end), rotația reciprocă (înclinarea) și vibrația (vortexing). Echipat cu platforme potrivite pentru o varietate de tuburi (0,5 ml—50 ml), cu posibilitatea de a fi utilizat în camera frigorifică, pe masa de lucru sau în incubator. Unghi de rotație de la 1 la 90 °, interval de viteză de la 1 la 100 rpm, interval de temperatură de la +4 °C la +40 °C, interval de timp de la 0 la 250 sec.	
Lotul 5	Set de 4 pipete electronice cu 8 canale	1x 46300000 1x 46300200 1x 46300400 1x 46300800	Finlanda	Thermofisher	Conform caietului de sarcini	Set de 4 pipete electronice cu 8 canale Finnpipette, 1 -10 µL µL, 5-50 µL µL, 30 -300 µL µL, 100-1200 µL µL, volum variabil, stativ (carusel) pentru pipete cu 4 locuri sau suporturi pentru pipete cu 4 locuri compatibile cu pipetele.	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau