

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1612534465125 din 23 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	172.Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	31005000	Turcia	R Vent Medikal	Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Circuit de respirație similar Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	CE/ISO
33600000-6	210.Casca-cort NIV-CPAP	CPAP COMFORT OBLO cod 500 (codul 500 variaza in functie de marimea castii)	Italia	Dimar	Casca-cort este o interfață p/u ventilație mecanică non-invazivă NIV/CPAP și/sau p/u administrare de oxigen în tratarea insuficienței respiratorii la pacienții hipoxemici și/sau cu hipercapnie. Să fie confecționate din PVC medical transparent, rezistentă la presiuni ridicate pe perioade lungi de timp, până la 7 zile. Casca-cort să fie prevăzută cu valvă antisufocare bidirecțională și port de inspecție a pacientului. Să fie dotat cu un colier rigid cu gulere gonflabil	Casca-cort este o interfață p/u ventilație mecanică non-invazivă NIV/CPAP și/sau p/u administrare de oxigen în tratarea insuficienței respiratorii la pacienții hipoxemici și/sau cu hipercapnie. Să fie confecționate din PVC medical transparent, rezistentă la presiuni ridicate pe perioade lungi de timp, până la 7 zile. Casca-cort să fie prevăzută cu valvă antisufocare bidirecțională și port de inspecție a pacientului. Să fie dotat cu un colier rigid cu gulere gonflabil incorporat,	CE/ISO

				<p>incorporat, din silicon/plastic moale și elastic. Colierul să dispună de cel puțin patru puncte de fixare, două căi etanșe de acces și fixare p/u sonde sau catetere (între 3,5-7mm). Construcția trebuie să permită folosirea în poziția semi-ridicat sau culcat, cu sistem p/u păstrarea formei cilindrice în dotare. Destinat p/u adulți cu greutatea peste 30kg. Disponibil în mărimile XS, S, M, L, XL, XXL, în funcție de circumferința gâtului indicată pe etichetă. Să dispună de ambalaj individual, cu marcajul denumirii, modelului, mărimii și standardelor aplicate. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului. ISO 13485 valabil. Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite – valabil</p>	<p>din silicon/plastic moale și elastic. Colierul să dispună de cel puțin patru puncte de fixare, două căi etanșe de acces și fixare p/u sonde sau catetere (între 3,5-7mm). Construcția trebuie să permită folosirea în poziția semi-ridicat sau culcat, cu sistem p/u păstrarea formei cilindrice în dotare. Destinat p/u adulți cu greutatea peste 30kg. Disponibil în mărimile XS, S, M, L, XL, XXL, în funcție de circumferința gâtului indicată pe etichetă. Să dispună de ambalaj individual, cu marcajul denumirii, modelului, mărimii și standardelor aplicate. Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului. ISO 13485 valabil. Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite – valabil</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau