



MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENZIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

Șoseaua Hîncești 84, MD-2021, mun. Chișinău

Tel. +373 22 25-23-25; Fax. +373 25-24-81 e-mail: aarapma@army.md web: www.army.md

Nr. 70/428 din 17.03.2023

AELO GRUP SRL
DATA CONTROL SRL
ECHIPAMED-PLUS SRL
ENDO-CHIRURGIE SRL
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
ÎM DUTCHMED-M SRL

Prin prezenta, Vă informăm că, în urma desfășurării procedurii de achiziție LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1676040437890 din 27.02.2023, privind achiziționarea "Mașină de anestezie pentru Spitalul Clinic Militar Central" și în rezultatul evaluării, verificării datelor/documentelor de calificare ale operatorilor economici, conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, precum și în baza deciziei de atribuire a contractului de achiziție publică nr. 32 /23, aprobată la data de 17.03.2023 în cadrul ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Ministerului Apărării,

S-A DECIS:

1. Achiziționarea "Mașină de anestezie pentru Spitalul Clinic Militar Central" după cum urmează:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Unitate de măsură	Cantitate	Prețul unitar (fără TVA)
Mașină de anestezie pentru Spitalul Clinic Militar Central	ENDO-CHIRURGIE SRL	set	1	998900,00

2. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării	
AELO GRUP SRL	Nu a prezentat Declarație privind valabilitatea ofertei și Declarație privind anul producerii 2022-2023.	
	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă
	Anul producerii 2022-2023	nu este menționat
	Presiune de alimentare cu gaze: 2.5-6 bar	la ei este de 2.8-6.0 bar
	PEEP (cmH2O): \geq 0-50	la ei este de la 0-30
Gama: \geq 0-20 L/min	la ei este de 0-15 L/min	
DATA CONTROL SRL	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă
	Vaporizator (tip) Injector electronic Sevofluran, controlat electronic (dozare electronică)	Vaporizator (tip) de tip mecanic (bypass)
	Controler electronic al raportului de O2; funcționalitate de siguranță O2 – Guard, cu creștere automată a nivelului de oxigen dacă oxigenul inspirat scade sub 21%	nu este sau nu este specificat
	Ventilator automat (tip) Reflector de volum	ventilator automat de tip piston
	PEEP (cmH2O): \geq 0-50	PEEP (cmH2O): 3-50
	Sistem de management al consumului de agent anestezic	nu este

	Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu	nu este
	Autoidentificarea gazelor anestezice	nu este
	Determinarea și afișarea valorii MAC brain (creier)	nu se specifică, nu este
	Senzor de flux de tip ultrasonic încorporat în caseta pacientului	masa care se conectează la circuitul pacientului
	Sistem de aspirare (aspirator) încadrat în mașina de anestezie	nu este
	Presiune de alimentare cu gaze: 2.5 – 6 bar	2.8-6.0 bar
ECHIPAMED-PLUS SRL	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă
	Gama: $\geq 0-20$ L/min	0.2-15 L/min
	Vaporizator (tip) Injector electronic – Sevofluran, controlat electronic (dozare electronică)	de tip mechanic (bypass)
	Controler electronic al raportului de O ₂ ; funcționalitate de siguranță O ₂ – Guard, cu creștere automată a nivelului de oxigen dacă oxigenul inspirat scade sub 21%	nu au nimic asemănător
	Ventilator automat (tip) Reflector de volum	ventilator automat de tip piston
	Volumul Tidal (ml): 20–2,000 (5 ml in PC)	10-1500 ml
	PEEP (cmH ₂ O): $\geq 0-50$	off, 2-35
	Sistem de management al consumului de agent anestezic	nu este
	Posibilitate de a schimba tipul gazului principal din meniu	nu este
	Autoidentificarea gazelor anestezice	nu este
	Determinarea și afișarea valorii MAC brain (creier)	nu este
	Modulul de gaze încorporat în mașina de anestezie	este ca opțiune, modul aparte
	Senzor de flux de tip ultrasonic încorporat în caseta pacientului	de tip “hot wire”
	Presiune de alimentare cu gaze: 2.5 – 6 bar	2.7-6.9 bar

3. În acest sens, operatorii economici desemnați câștigători sunt invitați la data de 24.03.2023, ora 10:00, (mun. Chișinău, str. Pietrarilor 1, biroul 110), pentru semnarea contractului de achiziție. La semnarea contractului este obligatoriu prezentarea garanției de bună execuție a contractului în cuantum de 5% (inclusiv TVA) din suma totală a contractului.

4. Ofertantul desemnat câștigător, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice „Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”, conform modelului aprobat prin Ord. MF nr.145 din 24.11.2020.

Prezenta scrisoare va servi temei pentru eliberarea garanției de bună execuție a contractului (în baza art. 68, alin. (8), Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Directorul Agenției Asigurare Resurse
și Administrare Patrimoniu

Sergiu VOINU

Ex. N. Croitoru
tel. 022-25-23-57
e-mail: natalia.croitoru@army.md