



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE**  
**CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 0(22) 222 245, e-mail: office@capcs.md

Nr. R902-1372 din "05" "05" 2021

**IMUNOTEHNOMED SRL**

[office@imunotehnomed.md](mailto:office@imunotehnomed.md)

[petru.bolea@imunotehnomed.md](mailto:petru.bolea@imunotehnomed.md)

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1610526667942 din 22.04.2021 privind "Achiziționarea Echipamentelor de protecție LISTA DE BAZĂ pentru combaterea COVID-19 necesare conform necesităților IMSP-urilor pentru anul 2021", Vă comunică că conform **deciziei din 05.05.2021** oferta Dvs. pentru loturile nr. 1, 2, 4, 5 și 6 nu a fost acceptată din motivul după cum urmează:

Lotul nr.1 Combinezoane de protecție (protecție medie)

În urma evaluării mostrelor s-a depistat : Nu are Ambalaj individual cu inscripția mărimii. Gluga nu este cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă.

Lotul nr.2 Combinezoane de protecție (protecție înaltă pentru secții ATI)

În urma evaluării mostrelor s-a depistat : Nu are Ambalaj individual cu inscripția mărimii. Gluga nu este cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă.

Lotul nr.4 Ochelari de protecție

Mostrele au fost prezentate după 24 ore de la deschiderea ofertelor, dar au fost evaluate și s-a depistat că lipsește stratul de anti aburire, iar rama nu este monobloc.

Lotul nr.5 Respiratoare

Fără benzi elastice pe cap, flexibile, moi. Mostra prezentată are fixarea după urechi.

Lotul nr.6 Viziere (Ecrane de protecție)

Mostrele au fost prezentate după 24 ore de la deschiderea ofertelor, totodată ecranul este mai subțire decât s-a solicitat, nu este de min 0,5 mm.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

*Cu respect,*

**Director**

**Centru pentru Achiziții Publice**

**Centralizate în Sănătate**

**Ivan ANTOCI**