

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: *nr. ocds-b3wdp1-MD-1708523077484, ID: 21175931 din 09.04.2024*

Obiectul achiziției: *Achiziționarea Seturilor chirurgicale pentru blocul de operație conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024*

<i>Cod CPV</i>	<i>Nr. lot</i>	<i>Denumirea bunurilor</i>	<i>Modelul bunului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
3310 0000 -1	1	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil	97095457	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm (± 2 cm), aria de incizie transparentă 30 x 20 cm (± 2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Pictograme pentru ghidare.</p> <p>2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m².</p> <p>3) 2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a)</p>	<p>Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1)1 buc.: Câmp craniotomie 230x300cm, aria de incizie transparentă 30x20cm, cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Pictograme pentru ghidare.</p> <p>2)4 buc.: Câmp absorbant 50x50cm. Polistratificat, 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m².</p> <p>3)2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 18x25cm. Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>4)1 buc.: Panglică de operație - 9x49cm. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul</p>	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

					<p>impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30 g/m2 cu capacitatea de absorbtie minim 2 g/dm2.</p> <p>6) 2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0,5 m.</p> <p>8) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x 5 cm (± 1 cm)</p> <p>9) 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10) 2 buc.: Mânere pentru lampa de operație.</p> <p>11) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (± 2 mm).</p> <p>12) 1 buc.: Bisturiu jetabil N15.</p> <p>13) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p>	<p>operației.</p> <p>5)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm, zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbtie minim 2g/dm2.</p> <p>6)2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 79x145cm, ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm, din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7)1 buc.: Cateter de aspirație 12CH, 0,5m.</p> <p>8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5cm .</p> <p>9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10)2 buc.: Mânere pentru lampa de operație.</p> <p>11)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12,7 x 38,1 mm.</p> <p>12)1 buc.: Bisturiu jetabil N15.</p> <p>13)1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p> <p>14)1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>15)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.</p> <p>16)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900.</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>14) 1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspiratie 35x40cm, din polietilena minim 80 mcm grosime.</p> <p>15) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet si capac, inaltimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>16) 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>17) 1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.</p> <p>19) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.</p>	<p>Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>17)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul si aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. Catalogul anexat MHC ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișierele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000374811</p>		
3310 0000 -1	2	Set câmpuri operații spinale steril jetabil	97094658	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilena minim 50 mcm; plus un strat de polietilena pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilena; b) strat impermeabil din polietilena minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă</p>	<p>Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1)3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 79x145cm, ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm, din viscoză minim 40g/m2 și polietilena minim 50mcm; plus un strat de polietilena pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90x75cm. Polistratificat, 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilena; b) strat impermeabil din polietilena minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate</p>	<p>CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;</p>

					<p>aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3) 4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20 x 25 cm (± 2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175 x 175 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6) 1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240 x 150 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov</p>	<p>aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3)4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 18x25cm.</p> <p>4)1 buc.: Panglică de operație - 9x49cm. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5)1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175x175cm. Polistratificat, 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6)1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm, Polistratificat, 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7)1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190x280cm, zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi:</p> <p>a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm².</p> <p>8) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0,5m.</p> <p>9) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5 x 5 cm (± 1 cm).</p> <p>10) 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>11) 2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație.</p> <p>12) 1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30 x 26 cm (± 2 cm), zona adezivă 30 x 20 cm, din poliuretan minim 25 mcm grosime.</p> <p>13) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (± 2 mm).</p> <p>14) 1 buc.: Bisturiu jetabil N11.</p> <p>20) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. (Să poată N20 sau 21, dacă problema, lăsăm așa)</p> <p>15) 2 buc.: Buzunar cu banda adezivă pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35 x 40 cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>16) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>17) 1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (± 2 cm).</p> <p>18) 1 buc.: Husa microscop cu trei</p>	<p>minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm².</p> <p>1)1 buc.: Cateter de aspirație 12CH, 0,5m.</p> <p>8)1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x5cm.</p> <p>9)3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10)2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație.</p> <p>11)1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30x26 cm (± 2 cm), zona adezivă 30x20 cm, din poliuretan minim 25mcm grosime.</p> <p>12)10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12,7 x 38,1 mm.</p> <p>13)1 buc.: Bisturiu jetabil N11.</p> <p>14)1 buc.: Bisturiu jetabil N22.</p> <p>15)2 buc.: Buzunar cu banda adezivă pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>16)1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic".</p> <p>17)1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm.</p> <p>18)1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>19)1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișierele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

						porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 19) 1 buc.: Forceps jetabil cu vîrf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	înregistrare DM000374810	
3310 0000 -1	3	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil	97128848	Suedia	Molnlycke Health Care	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm); 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 25g/m2 și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm (± 2 cm), aria de incizie transparentă 30 x 20 cm (± 2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60cm; mîneca cusută cu laser. 4) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150 x190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă minim 30g/m2. 5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 79 x 145cm; 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm, din viscoză minim 25g/m2 și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm, aria de incizie transparentă 30 x 20 cm, cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 144cm; regiunea toracală minim 60cm; mîneca cusută cu laser. 4) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150 x190 cm, zonă absorbantă 150 x 190cm pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă minim 30g/m2. 5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

					<p>din polipropilen minim 30g/m².</p> <p>5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material neșesut SMS minim 40g/m², cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 135cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 55 cm; mîneca cusută cu laser.</p> <p>6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent</p> <p>7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru</p> <p>8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100 mm</p> <p>9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.</p> <p>10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent.</p> <p>11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 121 buc.: CH</p> <p>12) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10x50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m².</p> <p>13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm.</p> <p>14) 1 buc.: Bisturiu N15</p> <p>15) 1 buc.: Bol renal 800 ml</p> <p>16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock</p> <p>17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock</p> <p>18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici miinim 2 x 30 cm.</p> <p>19) 1 buc.: Cîmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm (± 2cm), cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața, compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m²; b) strat de polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². Se va exclude adezivul din lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbtie – minim 1 g/dm².</p>	<p>de la umar pînă la poale 134cm; regiunea toracală minim 55 cm; mîneca cusută cu laser.</p> <p>6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent</p> <p>7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru</p> <p>8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100 mm</p> <p>9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.</p> <p>10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent.</p> <p>11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 12 CH</p> <p>12) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 9x49 cm; din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m².</p> <p>13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm.</p> <p>14) 1 buc.: Bisturiu N15</p> <p>15) 1 buc.: Bol renal 800 ml</p> <p>16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock</p> <p>17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock</p> <p>18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici miinim 2 x 30 cm.</p> <p>19) 1 buc.: Cîmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm, cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața, compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m²; b) strat de polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m². Se va exclude adezivul din lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbtie – minim 1 g/dm². Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișierele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

3310 0000 -1	4	Set operații coxo- femorale, steril, jetabil	97128849	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 15 x 20cm (± 3 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm (± 2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci p/u instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m² pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester minim 50g/m² în zona critică; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm). Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din</p>	<p>înregistrare DM000465400</p> <p>Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm, cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 18 x 22cm, cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm, ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni de 50 x 154 cm, cu 2 saci p/u instrumente 30 x 24 cm, bilateral. Material din 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbant de viscoză și poliester 30g/m² pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester 50g/m² în zona critică; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele;</p> <p>2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm. Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide;</p> <p>3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 9 x 49 cm; din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester 40g/m²;</p> <p>4) 1 buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 79 x 145cm, 3 straturi: 2 straturi în zona</p>	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
--------------------	---	---	----------	--------	--------------------------	---	--	--

					<p>poliester minim 40g/m2.</p> <p>4) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 80 x 190 cm (± 5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2.</p> <p>6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190 cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m2.</p> <p>7) 1 buc.: Stockinet 30 x 120 cm (± 2 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.</p> <p>8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2 cm), pe baza de acrilat.</p> <p>9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material neșesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale minim 120 cm; regiunea toracală minim 53cm, mîneca cusută cu laser.</p> <p>10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mîneci, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la</p>	<p>absorbantă 65 x 85 cm, din viscoză 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare;</p> <p>5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm, zonă absorbantă 75 x 190 cm. Compus din 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2;</p> <p>6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm, zonă absorbantă 150 x 190 cm pe toată suprafața. Compus din 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen 30g/m2;</p> <p>7) 1 buc.: Stockinet 32 x 120 cm, din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide;</p> <p>8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm, pe baza de acrilat;</p> <p>9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material neșesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 121 cm; regiunea toracală 54cm, mîneca cusută cu laser;</p> <p>10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mîneci, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 144cm; regiunea toracală 60 cm; ranforsare: față –53 x 100 cm, mîneacă – 59cm; mîneca cusută cu laser;</p> <p>11) 1 buc.: Marker p/u piele, standard;</p> <p>12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 45 x 45 cm;</p> <p>13) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum 500ml;</p> <p>14) 1 buc.: Sușinător cabluri, tip velcro cu lipici 2,5 x 30cm;</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60 cm; ranforsare: față – minim 50 x 100 cm, mîneacă – minim 40cm; mîneca cusută cu laser.</p> <p>11) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.</p> <p>12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 50 x 50 cm (± 5 cm)</p> <p>13) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml.</p> <p>14) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm.</p> <p>15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm.</p> <p>16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm.</p> <p>17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbtie minim 10 x 20cm, capacitate de absorbtie – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726).</p> <p>18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate.</p>	<p>15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm;</p> <p>16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm;</p> <p>17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbtie 10 x 25cm, capacitate de absorbtie – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726);</p> <p>18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000465401</p>		
3310 0000 -1	5	Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală)	669600	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>2) 6 buc.: Ștergere pentru mâini, 20 x 25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante,</p>	<p>Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 79 x 145cm, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm, din viscoză 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare.</p> <p>2) 6 buc.: Ștergere p/u mâini, 18 x 25 cm, din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3) 1 buc.: Absorbant perineal 17 x 40 cm,</p>	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

					<p>fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (\pm 5cm), impermeabil.</p> <p>4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (\pm 2cm).</p> <p>5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (\pm 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.</p> <p>6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (\pm 2cm), transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm (\pm 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața.</p> <p>8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (\pm 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (\pm 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm(\pm 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim</p>	<p>impermeabil.</p> <p>4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm.</p> <p>5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm. Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide.</p> <p>6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, 33 x 38 cm, transparent, cu lipici, detașabil.</p> <p>7) 2 buc.: Panglici de operație – 9 x 50 cm. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața.</p> <p>8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 350cm, aria de incizie 37 x 65cm. Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m2. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (\pm 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni 150 x 240cm, zonă absorbantă 75 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (± 3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.: Câmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm (± 2 cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m ² .	grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m ² . Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000375989	
3310 0000 -1	6	Set steril p/u implant la genunchi	97128754	Suedia	Molnlycke Health Care	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m ² ; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m ² ; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m ² . Capacitate de absorbție în	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm, cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat p/u colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din 3 straturi bine delimitate: a) strat confort p/u pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m ² ; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m ² ; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m ² . Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm ² . Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

					<p>zona critică minim 3,5 g/dm². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat.</p> <p>5) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm²;</p> <p>7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.</p> <p>8) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.</p> <p>9) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim</p>	<p>aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 35cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 26 cm, adeziv pe bază de acrilat.</p> <p>5) 1 buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare.</p> <p>6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm, zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm².</p> <p>7) 1 buc.: Stockinet 22 x 75 cm, din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.</p> <p>8) 1 buc.: Marker p/u piele, standard.</p> <p>9) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea specimenelor, volum 500ml.</p> <p>10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						500 ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate.	al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000465403	
3310 0000 -1	7	Set steril artroscopie genunchi	97128755	Suedia	Molnlycke Health Care	<p>Set steril artroscopie genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m²; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m²; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m². Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3) 2 buc.: Sac detașabil transparent, cu bandă adezivă, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm),</p>	<p>Set steril artroscopie genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm, cu orificiu elastic universal de diam.7cm, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m²; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m²; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.</p> <p>2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m², d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m². Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm². Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.</p> <p>3) 2 buc.: Sac detașabil transparent, cu bandă adezivă, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 35cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 26 cm, adeziv pe bază de acrilat.</p>	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

					<p>din polietilenă minim 80 mcm grosime.</p> <p>4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (\pm 2 cm), adeziv pe bază de acrilat.</p> <p>5) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145 cm (\pm 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (\pm 5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (\pm 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm² - 1 buc;</p> <p>7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (\pm 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.</p> <p>9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.</p> <p>10) 1 buc.: Husă pentru camera video endoscopică, dimensiuni minim 18 x 250 cm, din polietilenă transparentă de minim 55 mcm, cu lipici pentru fixație la ambele capete.</p> <p>11) 1 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu legători la spate.</p>	<p>5) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 79 x 145 cm, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (\pm 5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm, zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm² - 1 buc;</p> <p>7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm, din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.</p> <p>9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.</p> <p>10) 1 buc.: Husă pentru camera video endoscopică, dimensiuni 18 x 250 cm, din polietilenă transparentă de minim 55 mcm, cu lipici pentru fixație la ambele capete.</p> <p>11) 1 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu legători la spate.</p> <p>Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Notă: Dat fiind numărul considerabil de componente incluse în set, fișele tehnice per produs vor fi expediate la solicitare. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000465404</p>		
3310 0000 -1	8	Mănuși sterile, nepudrate din cauciuc	82280	Suedia	Molnlycke Health Care	Mănuși sterile, nepudrate N8,0 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la	Mănuși sterile, nepudrate N8,0 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile < 20mcg/g), rezistente la intervenții	CE; Declarație de conformitate CE;

		deproteinizat mărimea 8.0 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g)				intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374- 2:2014)).	chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374- 2:2014)). Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000375931	ISO 13485;
3310 0000 -1	9	Mănuși sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.5 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g)	82285	Suedia	Molnlycke Health Care	Mănuși sterile, nepudrate N8,5 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374- 2:2014)).	Mănuși sterile, nepudrate N8,5 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile. < 20mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374- 2:2014)). Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000375932	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;
3310 0000 -1	10	Mănuși sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (proteine	82280	Suedia	Molnlycke Health Care	Mănuși chirurgicale N8,0 nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea instrumentelor grele; rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin	Mănuși chirurgicale N8,0 nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile < 20mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea instrumentelor grele; rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit	CE; Declarație de conformitate CE; ISO 13485;

		extractibile nu mai mult de 20 mcg/g)				de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65.	pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65. Catalogul anexat MHC - ctrl+F cod. Produsul este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical al AMDM. Nr. de înregistrare DM000375931	
--	--	---	--	--	--	---	--	--

Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu