

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21066126 din 27.11.2022
Obiectul de achiziție: Consumabile medicale pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 10						
Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N16Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	0500022592	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N16Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Dren Redon cu linie de raze X pentru drenarea secreției plagii, perforatie de 15 cm, fara latex. Drenurile sunt stabile dimensional și, prin urmare, potrivite pentru aplicare până la o aspirație de 900 mbar. Steril: Da Diametrul exterior (Fg) 16 Fg Lungime 80 cm	CE
Total lot 10						
Lotul 11						
Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N18Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	0500022593	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Cateter de aspirație-drenaj Redon-type steril N18Fr, L70-80 cm.Materila PVC medical, tub drept , moale cu vârful rotungit , flexibil , atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual	Dren Redon cu linie de raze X pentru drenarea secreției plagii, perforatie de 15 cm, fara latex. Drenurile sunt stabile dimensional și, prin urmare, potrivite pentru aplicare până la o aspirație de 900 mbar. Steril: Da Diametrul exterior (Fg) 18 Fg Lungime 80 cm	CE
Total lot 11						
Lotul 22						
Manjetă pentru monitor MEC 2000 13,1*23.5cm	U500-1A©	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manjetă pentru monitor MEC 2000 13,1*23.5cm	Manșeta CM Adult Single NIBP cu vezica urinara,13,1*23.5cm	CE
Total lot 23						
Lotul 23						
Manjetă pentru monitor MEC 2000 17,5*31-40cm	U500-1L(C	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Manjetă pentru monitor MEC 2000 17,5*31-40cm	Manșeta CM Adult Single NIBP cu vezica urinara,TPU,33-47CM	CE
Total lot 23						

Lotul 37						
Set subclave N 7 F	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD	Set subclave N 7 F	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Caterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului caterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cater, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 37						
Lotul 40						
Set p/u irigare cu Termofor 2-3 litre	Б-3(комб)	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	Set p/u irigare cu Termofor 2-3 litre	Placa de încălzire de tip B este destinată încălzirii locale a corpului (tampă de încălzire cu dop), clătire și spălare (tampă de încălzire cu accesorii).capacitate 3 litri 2. Completitudine - Placa termica asamblata tip A - 1 buc. - dopul cu șurub cu orificiu transversant - 1 buc. - Sfaturi: pentru copii - 1 buc. pentru adulți - 1 buc. uterin - 1 buc. - Tub din cauciuc sau PVC - 1 buc. - Clemă - 1 buc. - Instrucțiuni de utilizare - 1 bucata	CE
Total lot 40						
Lotul 47						
Ac pentru seringă 21/G/0,8 mm x 40 mm steril	CH21112	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Ac pentru seringă 21/G/0,8 mm x 40 mm steril	Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune metrica 0,80 x 40mm Dimensiune G/" 21 G x 1 1/2"	CE
Total lot 47						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23