

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1765745926007 din „ 23 ” decembrie 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4. Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-30	TYK21 Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH compatibil cu analizatorul Caretium XC A-30	China	NTL Co., Ltd	Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim și minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă cu analizatorul VSH model Caretium XC A-30. Pe eprubetă sunt indicate două marcaje (linii) ale volumului maxim și minim de colectare. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului sunt indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . (Vezi pagina 30 din catalogul producătorului)	CE, ISO / Numărul de înregistrare AMDM DM000381276

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**