

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1541150554500	Data: 05.12.2018	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Dispozitive medicale	Lot: Videogastroskop HDTV	Pagina: 1 din 2

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100 000-1	Videogastroskop HDTV	GIF-HI 70	Japonia	Olympus	a) Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei d) Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210° jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile g) Canal instrumentar min. 2,8 mm h) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,2 mm i) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afiseaza pe ecran j) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm k) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare	n) Cu CCD compatibil HDTV (High Definition TV) o) Camp de vedere (minim): 140° p) Permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce duce la o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei q) Adancimea campului vizual (minim): 2-100 mm r) Capacitate de flexiune (minim): sus 210° jos 90°, dreapta 100°, stanga 100° s) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile t) Canal instrumentar min. 2,8 mm u) Diametru exterior maxim al tubului de inserție: 9,2 mm v) Cipul endoscopului sa stocheze datele de identificarea ale endoscopului care se afiseaza pe ecran w) Lungimea de lucru (minim): 1000 mm x) Cu conector la sursa de lumina care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare	CE/ISO



