

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711353382908					Data: 01.04.2024	Alternativa nr.: _____
Obiectul achiziției: achiziționarea Consumabile medicale pentru anul 2024					Lotul ____ ; cod CPV 33140000-3	Pagina: 1 din 1
Nr d/o / Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1/ Șervețele nesterile absorbante 50x40 cm densitatea 50/60 g/m.p.	Servetel din material absorbant	Rep. Moldova	Celeritas SRL	Conform FDA	Șervețele din material absorbant (Viscoză 70%) , densitatea 50/60 g/m.p. dimensiunile 50*40 cm, nesteril, in ambalaj a câte 10 buc	Aviz sanitar ANSP
2/ Șervețele sterile absorbante 50x50 cm densitatea 90 g/m.p.	Servetel din material absorbant, steril	Rep. Moldova	Celeritas SRL	Conform FDA	Șervețele din material netesut absorbant (Viscoză 70 %) , densitatea 90/100 g/m.p 50*50 cm, in ambalaj steril a câte 1 buc	Aviz sanitar ANSP, certificat calitate de producator
3/ Șervetele/material absorbant 50/60 gr/m.p.steril 7,5 cm*7,5 cm, 4 straturi, bucati in ambalaj 2	Servetel / compres din material absorbant, steril	Rep. Moldova	Celeritas SRL	Conform FDA	Comprese din material netesut absorbant (Viscoză 70 %) , densitatea 50/60 g/m.p 7,5 cm * 7,5 cm , 4 straturi , in ambalaj steril a câte 2 buc.	Aviz sanitar ANSP, certificat calitate de producator
4/ Șervețel steril material nețesut densitatea 29/35 g/m.p. 70*50cm, pentru masa de instrumente	Servetel din material nețesut, steril	Rep. Moldova	Celeritas SRL	Conform FDA	Șervețel mater.nețes.SMS 29/35 g/m.p.70*53 cm, in ambalaj steril a câte 1 buc	Aviz sanitar ANSP, certificat calitate de producator

Semnat: _____ Larisa Plugaru / director

Ofertantul: Celeritas SRL

Adresa: Chisinau, str. Columna, 170