

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) pentru IMSP Institutul Oncologic

Nr.Lic 21036444	Data: 12 martie 2021	Alternativa:
Denumirea Licităției: Achiziționarea consumabile medicale, reagenți de laborator și material pentru protezare pentru anul 2021 (Repetat)	Lot: 14	Pagina 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunuri solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	Lot 14. Filtru antibacterial și antiviral pentru VAP	MP01770	Germania	Draeger	Filtru antibacterial și antiviral pentru VAP (conform invitației)	Filtru CareStar 30, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 30ml, greutate nu mai mult de 23g, volumul Tidal recomandat de la 100 până la 1500 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/u proba de CO2, tara de ambalare 50 buc., produs original de la producător.	CE, ISO

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Semnat: _____

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**