

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numarul procedurii de achiziție: 21066883 din 02.12.22								
Denumirea procedurii de achiziție: «Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicatoare-2023								
Lot	Codul	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	33198000-4	Hirtie termică pentru imprimantă tip rolă, dimensiuni 57 mm x 50 m	Hârtie termică lățimea 57mm x 50m	SUA	Awareness	Hirtie termică pentru imprimantă tip rolă, dimensiuni 57 mm x 50 m	Hirtie termică pentru imprimantă tip rolă, dimensiuni 57 mm x 50 m	ISO
21	33198000-4	Test-indicator 55° (interne)	ILIA3MA-1 	Rusia	VINAR	Sterilizare cu vapori de peroxid de hidrogen. Compatibil cu Sterilizatorul RENO S- 130 D	ILIA3MA-1 - Test-indicator 55° (interne) Sterilizare cu vapori de peroxid de hidrogen. Compatibil cu Sterilizatorul RENO S- 130 D. Ambalaj 500 teste.	Септ. Соотв.,ISO
22	33198000-4	Test- indicator 55°(extern)	ILIA3MA-1 	Rusia	VINAR	Testele sa detina un indicator cu eticheta si marcaje care sa contina: metoda sterilizarii, spatiu pentru data efectuării sterilizării, spatiu pentru responsabil de efectuarea sterilizării si spatiu pentru obiectul sterilizării. Pe partea verso lipici, care la folosirea sa nu lase urme de clei.	ILIA3MA-1 - Test- indicator 55°(extern). Testele detin un indicator cu eticheta si marcaje care contina: metoda sterilizării, spatiu pentru data efectuării sterilizării, spatiu pentru responsabil de efectuarea sterilizării si spatiu pentru obiectul sterilizării. Pe partea verso lipici, care la folosirea sa nu lase urme de clei. Ambalaj 500 teste.	Септ. Соотв.,ISO
23	33198000-4	Test Biotest	 «БиоТЕСТ-ILIA3MA-БИИНАР»	Rusia	VINAR	55°C (externe) p-u plasmă	Test Biotest 55°C (externe) p-u plasmă.Ambalaj 24 teste.	Септ. Соотв.,ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2