

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1678799159317**

Obiectul achiziției: Servicii de verificare și etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legală

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Servicii de verificare/etalonare metrologică a manometrelor, potențimetrelor automate, punților automate și altor mijloace							
1.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10 MPa.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10 MPa.	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.
2.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 10 MPa.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 10 MPa.	
3.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-60 kPa.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-60 kPa.	
4.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 60 kPa.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 60 kPa.	
5.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	
6.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 200-600 °C.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 200-600 °C.	
7.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+20 mmH2O.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+20 mmH2O.	
8.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+315 mmH2O.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+315 mmH2O.	
9.	Potențimetru automat A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O.	Potențimetru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
10.	Potențiometru automat KPP	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențiometru automat KPP. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	Potențiometru automat KPP. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	
11.	Potențiometru automat KPP	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențiometru automat KPP 1. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	Potențiometru automat KPP 1. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	
12.	Potențiometru automat KP-140	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	
13.	Potențiometru automat KP-140	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O.	Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O.	
14.	Potențiometru automat KPP (KP-140)	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1000 mmH2O.	Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1000 mmH2O.	
15.	Manometru MP-5	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MP-5. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa.	Manometru MP-5. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa.	
16.	Manometru MTP	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	Manometru MTP. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	
17.	Manometru MTP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa.	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa.	
18.	Manometru MTP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10 MPa.	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10 MPa.	
19.	Manometru MTP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
20.	Manometru MTP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1,6 kgf/cm2.	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1,6 kgf/cm2.	
21.	Manometru MTP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	
22.	Manometru MTP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	
23.	Manometru MTP-100	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-100 kgf/cm2.	Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-100 kgf/cm2.	
24.	Manometru MTP-100	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-160 kgf/cm2.	Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-160 kgf/cm2.	
25.	Manometru MTP-100	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa.	Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa.	
26.	Manometru EKM	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru EKM. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	Manometru EKM. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	
27.	Manometru EKM-1U	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	
28.	Manometru EKM-1U	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	
29.	Manometru EKM-1U	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-4 MPa.	Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-4 MPa.	
30.	Manometru pentru tăietorul cu gaz O2	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru pentru tăietorul cu gaz O2. Clasa de precizie 2,5. Interval/domeniu de măsurare 0-25 MPa.	Manometru pentru tăietorul cu gaz O2. Clasa de precizie 2,5. Interval/domeniu de măsurare 0-25 MPa.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
31.	Manometru pentru tăietorul cu gaz	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru pentru tăietorul cu gaz. Clasa de precizie 2,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	Manometru pentru tăietorul cu gaz. Clasa de precizie 2,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	
32.	Termometru manometric TKP	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Termometru manometric TKP. Clasa de precizie 2 °C. Interval/domeniu de măsurare 0-100 °C.	Termometru manometric TKP. Clasa de precizie 2 °C. Interval/domeniu de măsurare 0-100 °C.	
33.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/ +315 mmH2O.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/ +315 mmH2O.	
34.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O.	
35.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	
36.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-2 kgf/cm2.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-2 kgf/cm2.	
37.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2.	
38.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-160 t/h.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-160 t/h.	
39.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-20000 t/h.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-20000 t/h.	
40.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-32000 t/h.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-32000 t/h.	
41.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare -20...+80 °C.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare -20...+80 °C.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
42.	Punte automată RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare -30-150 °C.	Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare -30-150 °C.	
43.	Debitmetru A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Debitmetru A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	Debitmetru A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2.	
44.	Debitmetru A542	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Debitmetru A542. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-1000 mmH2O.	Debitmetru A542. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-1000 mmH2O.	
45.	Debitmetru RP160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Debitmetru RP160. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-125 t/h.	Debitmetru RP160. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-125 t/h.	
46.	Debitmetru RP-160	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Debitmetru RP-160. Clasa de precizie 2. Interval/domeniu de măsurare 0-160 t/h.	Debitmetru RP-160. Clasa de precizie 2. Interval/domeniu de măsurare 0-160 t/h.	
47.	Diafragmă	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Diafragmă	Diafragmă	
48.	Termocuplu XK	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Termocuplu XK. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	Termocuplu XK. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 °C.	
49.	Convertizor de presiune Saphir	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Convertizor de presiune Saphir. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-5 mA.	Convertizor de presiune Saphir. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-5 mA.	
50.	Convertizor de presiune Saphir	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Convertizor de presiune Saphir. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 4-20 mA.	Convertizor de presiune Saphir. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 4-20 mA.	
51.	Corector al debitului/fluxului de gaz	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Corector al debitului/fluxului de gaz	Corector al debitului/fluxului de gaz	
52.	Semnalizator de gaze	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Semnalizator de gaze. Clasa de precizie 5. Interval/domeniu de măsurare 5-50%.	Semnalizator de gaze. Clasa de precizie 5. Interval/domeniu de măsurare 5-50%.	
53.	Calculator (contor) a cantității de căldură VKT-5	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Calculator (contor) a cantității de căldură VKT-5. Clasa de precizie 0,5.	Calculator (contor) a cantității de căldură VKT-5. Clasa de precizie 0,5.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
54.	Contor de gaz până la 200 m3	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Contor de gaz până la 200 m3. Interval/domeniu de măsurare 0-200 m3.	Contor de gaz până la 200 m3. Interval/domeniu de măsurare 0-200 m3.	
55.	Contor de gaz peste 200 m3	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Contor de gaz peste 200 m3. Interval/domeniu de măsurare 0-400 m3.	Contor de gaz până la 200 m3. Interval/domeniu de măsurare 0-200 m3.	
56.	Analizator portabil de gaze Leleka	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Analizator portabil de gaze Leleka.	Analizator portabil de gaze Leleka.	
57.	Analizator de gaze Multilyzer	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Analizator de gaze Multilyzer. Interval/domeniu de măsurare NO, CO, O2.	Analizator de gaze Multilyzer. Interval/domeniu de măsurare NO, CO, O2.	
58.	Analizator de gaze Varta	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Analizator de gaze Varta. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-20HKIP.	Analizator de gaze Varta. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-20HKIP.	
59.	Manometru	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Manometru MO-05. Clasa de precizie 0,25. Interval/domeniu de măsurare 5.	Manometru MO-05. Clasa de precizie 0,25. Interval/domeniu de măsurare 5.	
60.	Vacuummetru	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Vacuummetru MO-05. Clasa de precizie 0,25. Interval/domeniu de măsurare 5.	Vacuummetru MO-05. Clasa de precizie 0,25. Interval/domeniu de măsurare 5.	
61.	Echipament de măsură universal P 4833	Servicii de etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Echipament de măsură universal P 4833. Clasa de precizie 0,02. Interval/domeniu de măsurare 111,11 mV.	Echipament de măsură universal P 4833. Clasa de precizie 0,02. Interval/domeniu de măsurare 111,11 mV.	
62.	Cutie de rezistențe P4831	Servicii de etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Cutie de rezistențe P4831. Clasa de precizie 0,02. Interval/domeniu de măsurare 8 decade.	Cutie de rezistențe P4831. Clasa de precizie 0,02. Interval/domeniu de măsurare 8 decade.	
63.	Voltmetru digital Ș-304	Servicii de etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Voltmetru digital Ș-304. Clasa de precizie 0,05. Interval/domeniu de măsurare 1V.	Voltmetru digital Ș-304. Clasa de precizie 0,05. Interval/domeniu de măsurare 1V.	
64.	Termometru electronic IT-8	Servicii de etalonare	MDA	Î.S."CMAC"	Termometru electronic IT-8. Clasa de precizie 0,2 °C. Interval/domeniu de măsurare 0-50 °C.	Termometru electronic IT-8. Clasa de precizie 0,2 °C. Interval/domeniu de măsurare 0-50 °C.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
65.	Cântar (mai mult de 500 kg)	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Cântar (mai mult de 500 kg).	Cântar (mai mult de 500 kg).	
66.	Cântar (până la 500 kg)	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Cântar (până la 500 kg).	Cântar (până la 500 kg).	
67.	Cântar (până la 20 kg)	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Cântar (până la 20 kg).	Cântar (până la 20 kg).	
68.	Greutate de cântar de clasa M2, M3	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Greutate de cântar de clasa M2, M3	Greutate de cântar de clasa M2, M3	
69.	Manometru EKM	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Manometru EKM. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	Manometru EKM. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	
70.	Manometru MO	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Manometru MO. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	Manometru MO. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2.	
71.	Termometru de rezistență TCM	Servicii de verificare metrologica si etalonare	MDA	Î.S.”CMAC”	Termometru de rezistență TCM. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-100 °C.	Termometru de rezistență TCM. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-100 °C.	

Semnăt:_____

Numele, Prenumele: **Anatolii BESCUPACHI**

În calitate de: **Director interimar**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28**