

Specificații tehnice (F4.1)									
<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>									
Numărul licitației:		LP nr. /M Tender ID ocds-b3wdp1-MD-1620308448517					Data: 07.06.2021 Alternativa -		
Denumirea licitației:		Achiziționarea- implanturi traumatologico - ortopedice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021					Lot: 34 Pag 1 din 2		
Cod CP V	Nr . Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6		8
331 000 00-1	34	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	fixLOCK Proximal Femur Plate 4.5 mm REF 856	India	GPC Medical Ltd	Conform FDA	Grosimea 5,8mm cu 10 orificii dreapta - Material: Inox. - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - permite folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm la nivelul diafizei si 6,5 la nivelul metafizei - Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm; - Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor pe os; - cu contact limitat; - Placa are marcajul producătorului; - Ofertantul acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	ISO 13485 si CE
331 000 00-1	34	Placa cu stabilitate angulara pentru femur	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	fixLOCK Proximal Femur Plate 4.5 mm REF 856	India	GPC Medical Ltd	Conform FDA	Grosimea 5,8mm cu 10 orificii stînga - Material: Inox. - Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; - permite folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm la nivelul diafizei si 6,5 la nivelul metafizei - Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm;	ISO 13485 si CE

		proximal						- Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor pe os; - cu contact limitat; - Placa are marcajul producătorului; - Ofertantul acceptă schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului, pe suport hârtie sau în format electronic pe CD (împreună cu fișierul ofertei electronice) - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare	
331 000 00-1	34	Placa cu stabilitate angulara pentru femur proximal	Set de instrumente pentru fragmentele osoase mari	fixLOCK Instrument Set for Large Fragment with Aluminium Graphic Box REF GOS1439L	India	GPC Medical Ltd	Conform FDA	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implantate livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 24 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. fixatoarele și instrumentele vor fi de la același producător 6. instrumentarul va fi cu locuri bine determinate în trusă • Componentele setului de instrumente sunt indicate în catalogul atasat	ISO 13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Axentii Olga** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL SALMED GRUP** Adresa: **mun. Chisinau, str. Gh. Casu, 12 ap 3**