

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 din 19.11.2024
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (lista suplimentată 28)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
5	Saltea anti escare cu compresor	bucat ă	1	18000,00	21600,00	18000,00	21600,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;	
13	Audiometru	bucat ă	1	65200,00	78240,00	65200,00	78240,00		
22	Tensiometru Adult cu fonosocop Cod 260710	bucat ă	2	193,00	231,60	386,00	463,20		
26	Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501	bucat ă	2	19995,00	23994,00	39990,00	47988,00		
TOTAL						123576,00	148291,20		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1729242120165 din 19.11.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (lista suplimentată 28)							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
5	Saltea anti-escare cu compresor	28564+28565	China/Italia	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd/Distribuitor: GIMA	Saltea anti-escară cu compresor Tip alimentare- rețea 220 V, 50 Hz, Greutate suport ≥ 150 kg; Schimbarea ciclului: 10 min (± 2 min) Numărul de celule ≥ 130 Material - PVC cu grosimea minimă 3,5mm Dimensiuni 195 cm (± 5 cm) x 87,5 cm ($\pm 2,5$ cm) , înălțime ≥ 7 cm	Saltea anti-escară cu compresor Tip alimentare- rețea 220 V, 50 Hz, Greutate suport ≥ 150 kg; Schimbarea ciclului: 10 min (± 2 min) Numărul de celule ≥ 130 Material - PVC cu grosimea minimă 3,5mm Dimensiuni 195 cm (± 5 cm) x 87,5 cm ($\pm 2,5$ cm) , înălțime ≥ 7 cm	DM0001 48048
13	Audiometru	10163 Harp Plus	Italia	Inventis	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur "Audiometria, frecvența, Hz :" "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea $\leq 1\%$	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur "Audiometria, frecvența, Hz :" "Conductivitatea aerului" 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 "Conductivitatea osului" 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea $\leq 1\%$	DM0006 23179

					<p>"Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 500 - 400 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5</p> <p>"Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu</p>	<p>"Conductivitatea aerului, dB" 250 Hz 90 500 - 400 Hz 120 8000 Hz 100 Pasul 5</p> <p>"Conductivitatea osului, dB" 250 Hz 90 500 - 3000 Hz 120 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 120 dB Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 120 dB Vibrație osoasă obligatoriu Interfața PC obligatoriu Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă obligatoriu</p>	
22	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	MC-20(-50) ZY1002	China	<p>WUXI EXANOV O MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.</p> <p>Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta</p>	<p>Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta</p>	<p>DM0005 71831</p> <p>DM0005 71833</p>	
26	Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501	BETA200S C-010.28.388	Germania	<p>HEINE OPTOTECHNIK GMBH & CO. KG</p> <p>Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -36 - +35 D Pas cu o singură dioptrie obligatoriu Sistem iluminare LED Fante disponibile spot mare obligatoriu</p>	<p>Oftalmoscop direct, caracteristici avansate Cod 170501 Descriere Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -36 - +35 D Pas cu o singură dioptrie obligatoriu Sistem iluminare LED Fante disponibile spot mare obligatoriu</p>	<p>DM0000 48698</p>	

					spot mic obligatoriu stea de fixatie optional jumătate de spot optional filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde obligatoriu Alimentare Baterie sau Baterie reîncărcabilă cu incarcator de la retea 220V 50Hz "da, să se indice codul produsului" Accesorii obligatoriu, sa se indice lista	spot mic obligatoriu stea de fixatie optional jumătate de spot optional filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde obligatoriu Alimentare Baterie sau Baterie reîncărcabilă cu incarcator de la retea 220V 50Hz "da, să se indice codul produsului" Accesorii obligatoriu, sa se indice lista	
--	--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Neruşceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia