

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1769515411791 din 27.01.2026
Obiectul achiziției: ACHIZIȚIONAREA GAZELOR SPECIALE PENTRU LABORATOR

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Heliu, str. Meșterul Manole, 4	Heliu 5,0 (pur 99,999%)	România	Linde Gaz România	Puritate 5.0 (heliu min 99,9990%) Presiune îmbuteliere 200 bar Conținut gaz în butelii 9,1 Nmc Conținut oxigen max. 2 ppm Conținut azot max. 3 ppm Conținut apă max. 3 ppm Conținut hidrocarburi max. 0,2 ppm Livrare în butelie euro 50 L Termen de valabilitate 3 ani	Heliu 5,0 în butelie a câte 9,1 Nmc. Puritate - 99,999% Presiune de umplere: 200 bar, Impurități: Oxigen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare în butelie eurostandart conform DIN 477-6	

Azot, str. Meșterul Manole, 4	Azot 5,0 (pur 99,999%)	România	Linde Gaz România	Puritate 5.0 (azot min 99,9990%) Presiune îmbuteliere 200 Bari Conținut gaz în butelir 9,6 NMC Conținut oxigen max. 3 ppm Conținut apă max. 5 ppm Conținut hidrocarburi max. 0,2 ppm Conținut argon max. 3 ppm Livrare în butelie euro 50L Termen de valabilitate 5 ani Însoțit de Certificat de calitate	Azot 5,0 în butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% Impuritati Oxigen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-10	
Azot, str. Meșterul Manole, 4	Azot 4,6 (pur 99,996%)	România	Linde Gaz România	Concentrația de Azot: min.99,996%, conținut gaz/butelie; 9,6 Nmc	Gaz azot 4,6 în butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-10	
Acetilena str.Grenoble, 128 U,	Acetilena dizolvata	România	Linde Gaz România	Acetilena dizolvata puritatea min. 99,6%, but. - 6 kg	Acetilena dizolvata Butelie a câte 6 kg. Puritate - 99,6%, reîncărcare în butelie eurostandard conform PTC5- 03 ISCIR, ISO 4750	
Argon 4.8 str.Grenoble, 128 U,	Argon 4,8 (pur 99,998%)	România	Linde Gaz România	Argon 4.8 but.-10,7 Nmc	Gaz Argon 4.8 în but.-10,7 Nmc Puritatea Ar, 99,998% , reîncărcare în butelie eurostandart conform DIN 477-6	
Azot 5.0 str.Grenoble, 128 U,	Azot 5,0 (pur 99,999%)	România	Linde Gaz România	Azot puritatea $\geq 99.9990\%$ Continutul gaz/butelie – 9.6nmc/1butelie	Azot 5,0 în butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% Impuritati Oxigen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-10	
Heliu comprimat str.Grenoble, 128 U,	Heliu 5,0 (pur 99,999%)	România	Linde Gaz România	Heliu puritate gaz: 5.0 ($\geq$ 99.999%)	Heliu 5,0 în butelie a câte 9,1 Nmc. Puritate - 99,999% Presiune de umplere: 200 bar, Impuritati: Oxigen – max.2 ppm	

				Volum butelie: 50 litri, Presiune de umplere: 200 bar, Capacitate gaz: 9.1 m ³	Azot - max.5 ppm Apa - max.3 ppm CO - max. 1 ppm CO2 - max. 1 ppm reîncărcare in butelie eurostandart conform DIN 477-6	
Argon str. Murelor, 3	Argon 4,8 (pur 99,998%)	România	Linde Gaz România	Argon 4.8 but.-10,7 Nmc Puritatea Ar, 99,998%	Gaz Argon 4.8 în but.-10,7 Nmc Puritatea Ar, 99,998% , reîncărcare in butelie eurostandart conform DIN 477-6	
Acetilena C2H2 flamfotometrie str. Murelor, 3	Acetilena flamfotometrie - C2H2 Puritate - 99,6%,	România	Linde Gaz România	Acetilena C2H2 flamfotometrie Puritatea ≥99.99% Continutul gaz/butelie – 10kg/1butelie	Acetilena Flamfotometrie Butelie a câte 10 kg. Puritate - 99,6%, reîncărcare in butelie eurostandard conform PTC5- 03 ISCIR, ISO 4750	
Azot 5,0 str. Murelor, 3	Azot 5,0 (pur 99,999%)	România	Linde Gaz România	Azot puritatea ≥99.999% Continutul gaz/butelie – 1.5nmc/1butelie	Azot 5,0 în butelie a câte 1,5 Nmc. (butelie 10L) Puritate- 99,999% Impuritati Oxygen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-10	
Azot str. Murelor, 3	Azot 4,6	România	Linde Gaz România	Azot puritatea ≥99.996% Continutul gaz/butelie – 9,6 nmc/1butelie	Gaz azot 4,6 în butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-10	
Heliu str. Murelor, 3	Heliu 5,0 (pur 99,999%)	România	Linde Gaz România	Puritate gaz: 5.0 (≥ 99.999%) Volum butelie: 50 litri, Presiune de umplere: 200 bar, Capacitate gaz: 9.1 m ³	Heliu 5,0 in butelie a câte 9,1 Nmc. Puritate - 99,999% Presiune de umplere: 200 bar, Impuritati: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO - max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare in butelie eurostandart conform DIN 477-6	

Semnat: Autorizat Numele, Prenumele: Galbur Igor În calitate de: manager vânzări
Ofertantul: ACSEAL GAZ SRL Adresa: mun.Chişinau str.Pădurii 13

30.01.2026