



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy |
Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) | Fax ++39 0426 302228
E-mail info@biosigmaeu.com | <http://www.biosigma.com> |

M521D

Aggiornamento
01/09/2022

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSTA18 

**BSTA19 (ETICHELTATE/LABELLED)
PROVETTA CILINDRICA IN PP CON GRANULI E
ACCELERATORE DI COAGULAZIONE, TAPPO IN PE BIANCO - IN RACK
TEST TUBE IN PP WITH SEPARATORS GRANULAR AND COAGULATION
ACCELERATOR, WHITE STOPPER IN PE - RACKED**



Prodotto con marchio CE - CE Marked product

Codice CND W050301020101 PROVETTE CON ADDITIVI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

	BSTA18	BSTA19	
Altezza provetta	100 mm	100 mm	Tube body height
Diametro esterno provetta	16 mm	16 mm	Tube outer diameter
Capacità	10 ml	10 ml	Capacity
Gradazione	NO	NO	Scale area
Etichetta	NO	SI	Label
Velocità in centrifuga	3500 (rpm)	3500 (rpm)	Centrifugal speed
Confezionamento	20 X 50 pz/pcs		Package

**DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE
Destinato esclusivamente ad uso professionale**

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio in vitro
- In caso di fuoriuscita del contenuto usare i guanti: pericolo di contaminazione
- Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare
- Non utilizzare il prodotto scaduto
- Non variare la destinazione d'uso
- Prodotto non adatto ai bambini
- Conservare in luogo asciutto, temperatura min - 10 °C max + 50 °C
- Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo la normativa vigente

**IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE
for professional use only**

- Use only for laboratory analysis
- Use gloves: contamination risk if contents leaks
- Keep out of flame or heat sources which might damage the product
- Do not use after expiry date
- Do not vary the intended purpose of the product
- Keep out of reach of children
- Store in dry place, temperature range: min. - 10°C max 50°C
- Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

DEFINIZIONE DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER DEFINITION

BIOSIGMA SpA Via Valletta, 6 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY
Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228
E-mail: info@biosigma.com
www.biosigma.it ; www.biosigma.com