

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1646231652006	Data: 02.03.2022	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Lot2, 3 Servicii de mentenanata	Pozitia Nr.: 3,2	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică conform echipamentului oferit SAJIN-MED SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
71356000-8	Ortopantomograf	-	-	-	<p>Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor mentionate -</p> <p>Lucrări de complicație înaltă: reparatii cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor si pieselor cu reglarea în ansamblu -</p> <p>Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea;</p> <p>- Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale</p>	<p>Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor mentionate - Lucrări de complicație înaltă: reparatii cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor si pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlturarea defectiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. -</p> <p>Timpul de reacție – 1 ora telefon si 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)</p>	Certificate de calitate ISO 9001,

					dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defectiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon si 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)		
71356000-8	Servicii de mentenanță prevenivă și corectivă a aparatelor radiologice dentare (digitale) model EzRay P+EzSensor 1.5	EzRay P+EzSensor 1.5	Koreea	Vatech Global	<p>Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate -</p> <p>Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu -</p> <p>Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea;</p> <p>- Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defectiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon si 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)</p>	<p>Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate -</p> <p>Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu -</p> <p>Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea;</p> <p>- Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defectiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon si 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)</p>	Certificate de calitate ISO 9001

					reactie – 1 ora telefon si 24 ore la sediul întreprinderii (inclusiv filialele)		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: SAJIN Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: SAJIN-MED SRL Adresa: str Tricolorului 37, of 5