

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1652190571916 din 18.06.2022									
Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2022 (2)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000 0-1	169.Set igiena orală	1500	Bucata	80,00	96,00	120000,00	144000,00	Conform anunțului de participare	
3310000 0-1	212.Tub endobronhial (biluminal)	50	Bucata	499,00	538,92	24950,00	26946,00	Conform anunțului de participare	
3310000 0-1	213.Tub endotraheal cu sistem de drenaj subglotic	100	Bucata	169,00	182,52	16900,00	18252,00	Conform anunțului de participare	
3310000 0-1	215.Tub endotraheal/Radioopac	5	Bucata	390,00	421,20	1950,00	2106,00	Conform anunțului de participare	
3310000 0-1	216.Tub traheostomic ajustabil	10	Bucata	248,00	267,84	2480,00	2678,40	Conform anunțului de participare	
3310000 0-1	217.Tub traheostomic Montandon	10	Bucata	248,00	267,84	2480,00	2678,40	Conform anunțului de participare	
	TOTAL					168760,00	196660,80		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comra, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1652190571916 din 18.06.2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice - 2022 (2)**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
169.Set igiena orală	ST01 NS	Italia	DEAS	Să conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control p/u aspirație; cateter p/u igiena orală cu sistem de aspirație; periuta de dinți cu sistem de aspirație; conector p/u aspirație.	Să conțină: tampon cu tub de aspirație; tampon cu sistem de control p/u aspirație; cateter p/u igiena orală cu sistem de aspirație; periuta de dinți cu sistem de aspirație; conector p/u aspirație.	CE/ISO
212.Tub endobronhial (biluminal)	Drept 21-3541; 21-3741; 21-3941; 21-4141. Stâng 21-3545; 21-3745; 21-3945; 21-4145	Polonia	SUMI	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept/Stâng. Mărimi 35-41Fr.	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Mărimi 35-41Fr. Vor fi livrate mărimile solicitate.	CE/ISO
213.Tub endotraheal cu sistem de drenaj subglotic	06-7011 06-7511 06-8011 06-8511 06-9011	Polonia	SUMI	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimi posibile: N7-9	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimi posibile: N7-9, Vor fi livrate mărimile solicitate.	CE/ISO
215.Tub endotraheal/Radioopac	12-6500 12-7000 12-7500 12-8000 12-8500 12-9000	Polonia	SUMI	Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H ₂ O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800cm H ₂ O, cu marcaj continuu	Tub endotraheal adult oral/nazal Magill, cu ochi Murphy p/u a preveni atelectazia de lob superior drept, balonaș de formă cilindrică și lungime mică p/u a preveni microaspirația, sigilează căile aeriene superioare la o presiune <20-25cm H ₂ O, p/u a nu produce colapsul capilarelor, asigură un contact mai bun cu conturul traheal, din poliuretan, cu grosimea <15 microni și presiune de plesnire a balonașului >800cm H ₂ O, cu marcaj continuu radioopac, cu 5	CE/ISO

				radioopac, cu 5 marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6.5-9mm	marcaje care asigură plasarea corectă a sondei (marcaj gros ce asigură trecerea de corzile vocale și încă 4 subțiri p/u o mai mare precizie a intubării), vârf atraumatic, diametru extern 6.5-9m, Vor fi livrate mărimile solicitate.	
216.Tub traheostomic ajustabil	33-7010 33-7510 33-8010 33-8510 33-9010	Polonia	SUMI	Tub traheostomic cu manjeta de presiune scăzută cu fixație ajustabilă N7,5mm-9,0mm	Tub traheostomic cu manjeta de presiune scăzută cu fixație ajustabilă N7,5mm-9,0m, Vor fi livrate mărimile solicitate.	CE/ISO
217.Tub traheostomic Montandon	29-7010 29-8010 29-9010 29-1010	Polonia	SUMI	Forma specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon	Forma specială de tub cu manjetă cu presiune scăzută, fabricat din silicon. Vor fi livrate mărimile solicitate.	

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia**