Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr ocds-b3wdp1-MD-1774016143971 din 20.03.2026	Data: „06” aprilie 2026
Denumirea licitației:	privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz pentru anii 2026-2028	Lot: 1-2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot		Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Proteze auditive	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată (adulți)	Interton Move MV470-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximală - 128 dB și mai mult, Câștigul maximal - 56-80 dB, Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB (”se vor evalua datele pentru microfonul ,omnidirecțional”), Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz, Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5%, Anti-feedback- Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%. Anti-feedback (Feedback Manager Plus) -prezent; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face la intervale de maximum 6 luni. Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator. Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator. Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV470-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	1	Proteze auditive	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (adulți)	Interton Move MV490-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 134 dB și mai mult Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retro auricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	1	Proteze auditive	Proteze auditive pentru surditate profundă (adulți)	Interton Move MV490-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă (pentru adulți) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală - 140 dB și mai mult Câștigul maximal- 81dB și mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni, Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 6 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 6 luni, Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil (Chișinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic (minim 4 ori pe lună) coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bater ia „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	1	Proteze auditive	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată Copii (de la 3ani)	Interton Move MV670-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată pentru Copii (de la 3 ani) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 128 dB și mai mult Câștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul ,,omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată pentru Copii (de la 3 ani) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	

33100000-1	1	Proteze auditive	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (de la 3ani)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (de la 3 ani) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 134 dB și mai mult Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției:Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni . Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (de la 3 ani) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției:Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	1	Proteze auditive	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (de la 3ani)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (de la 3 ani) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025. Ieșirea maximală 140 dB și mai mult Câștigul maximal 81dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”). Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (de la 3 ani) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Anti-feedback (Feedback Manager Plus)- prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	2	Proteze auditive (de la 3 luni)	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată Copii (de la 3 luni)	Interton Move MV670-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată pentru Copii (de la 3 luni) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani. Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 128 dB și mai mult Câștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Proteze auditive pentru surditate ușoară- moderată pentru Copii (de la 3 luni) Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator.Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc. Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate. Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	2	Proteze auditive (de la 3 luni)	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (de la 3 luni)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (de la 3 luni) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025 Ieșirea maximală 134 dB și mai mult Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”) Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc . Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copiii olivă individuală,, moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției:Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni . Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Proteze auditive pentru surditate severă Copii (de la 3 luni). Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Anti-feedback (Feedback Manager Plus)- prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100000-1	2	Proteze auditive (de la 3 luni)	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (de la 3 luni)	Interton Move MV690-DW	Danemarca	Interton A/S	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (de la 3 luni) Durata lansării pe piața mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025. Ieșirea maximală 140 dB și mai mult Câștigul maximal 81dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB, (”se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”). Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5100 Hz Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numărul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 17 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului.	Proteze auditive pentru surditate profundă Copii (de la 3 luni). Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): 2021, Anul producerii dispozitivului medical ≥ 2025, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Anti-feedback (Feedback Manager Plus)- prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Agentul economic se obliga a confecționa GRATIS oliva individuala in termen de maxim 21 zile. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare protează (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (după datele audiogramei) Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Cu cârlig standard (earhook) retroauricular sau cu tub subțire (slim tube): Servicii pe perioada garanției: Curățare gratuită periodică se va face intervale de maximum 3 luni Înlocuire gratuită a pieselor defecte sau deteriorate Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială). La momentul livrării, în cutia aparatului auditiv se vor regăsi, obligatoriu și gratuit, toate elementele și accesoriile necesare utilizării acestuia, respectiv: bateria „Zinc-Air” (12 bucăți), pastila silicagel, precum și certificatul de garanție care va conține în mod obligatoriu parafa companiei, semnătura reprezentantului autorizat, data emiterii, datele de identificare ale operatorului economic și numărul de serie al dispozitivului. Notă: Pentru aparatul auditiv ofertat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul ofertat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag.24-27 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate in certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
			Semnat:Numele, Prenumele: Serghei Casmînin În calitate de: Administrator					Ofertantul: Sirexton SRL Adresa: Moldova, Chisinau, bl. Traian 23/1-300	