

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 17.06.2022
Obiectul achiziției: "Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” "

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 34						
Fotoliu multifuncțional ORL	W0	Germania	Greiner GmbH/ KARL STORZ	1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți) 2. Principiul de funcționare electric sau electrohidraulic. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea.+ 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente : suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport talpi - opțional. 6. Cu tapiserie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. 7. Căptușeala scaunului din spumă poliuretanică nedeformabilă de înaltă densitate ($\geq 50\text{kg/cm}^3$). 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de bază 0-10°. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea picioarelor; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție. 13. Cu manipulare motorizată la segmentele cap, spate, picioare. 14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea 45cm $\pm$ 10 cm, poziția maximală față de podea 100 cm $\pm$ 10 cm. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. 16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° . 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° . 19. Suportul picioare ajustabil de la minim 90° la 180° . 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală minim 190 cm. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 22. Masa maximă a pacientului 150 kg. 23. Anul producerii 2022. Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnătură și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnătură și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesoriu nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. * Instalare de către participantul câștigător * Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: * Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).	1. Fotoliu multifuncțional destinat utilizării în cadrul intervențiilor chirurgicale ORL pentru pacienții cu înălțimea 1.50m – 2.00m (copii-adulți) 2. Principiul de funcționare electric. 3. Structură de susținere robustă din oțel sau metal solid cu înveliș rezistent la coroziune, fără roțile pentru a asigura o bună fixare a fotoliului de podea.+ 4. Cu comutator de picior cu protecție împotriva factorilor chimici, mecanici și fizici pentru manipularea poziției fotoliului. 5. Fotoliu format din minim 4 segmente : suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport talpi. 6. Cu tapiserie impermeabilă, nedeformabilă, antibacteriană, de înaltă rezistență. 7. Căptușeala scaunului din spumă poliuretanică nedeformabilă de înaltă densitate ($\geq 50\text{kg/cm}^3$). 8. Cu posibilitate de reglare a poziției pacientului din poziție ortostatică în poziție orizontală. 9. Cu posibilitatea schimbării unghiului de înclinare a suportului de bază 0-10°. 10. Cu posibilitate de poziționare a pacientului în poziție Trendelenburg. 11. Cu posibilitate de sincronizare a mișcărilor pentru spătar și secțiunea picioarelor; 12. Cu posibilitate de rotire în jurul axei la $85^\circ \pm 10^\circ$ direcție dreapta și stângă cu fixare de poziție. 13. Cu manipulare motorizată la segmentele cap, spate, picioare. 14. Posibilitatea de reglare a înălțimii de lucru al fotoliului : poziția minimală față de podea 45cm, poziția maximală față de podea 100 cm. 15. Opțional cu posibilitatea de a salva 2-4 setări de poziție ale fotoliului. 16. Suportul de mâini – 2buc, ajustabile 180° . 17. Suportul de cap ajustabil pe 2 axe: paralel cu secțiunea suport spate și înclinare. 18. Suportul spate ajustabil de la minim 90° la 180° . 19. Suportul picioare ajustabil de la minim 90° la 180° . 20. Dimensiune fotoliu în poziție orizontală 204 cm. 21. Tensiunea de alimentare 220V-240V. 22. Masa maximă a pacientului 200 kg. 23. Anul producerii 2022. Cerințe de certificare: * Conformitate cu directiva 93/42 CEE * Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnătură și ștampila Participantului. * Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnătură și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesoriu de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. * Instalare de către participantul câștigător * Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare – obligatoriu. Documente confirmative: * Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza).	ISO, EC

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **GHERMAN Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Denolga Medical" SRL** Adresa: **Mun. Chișinău, str. Bănulescu Bodoni, 45, of. 316**