

Specificații de preț

Numărul procedurii		ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022									
Obiectul de achiziție:		Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33140000-3	1	Lot 1 Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala)	buc	500	3.0750	3.3210	1 537.5000	1 660.5000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	2	Lot 2 Ace atraumatice lungi cu destinatie stomatologica	buc	10	103.0120	111.2530	1 030.1200	1 112.5300	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	10	Lot 10 Bonetă chirurgicală bărbați	buc	13 000	3.1700	3.8040	41 210.0000	49 452.0000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	11	Lot 11 Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	buc	20 000	5.4400	6.5280	108 800.0000	130 560.0000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	12	Lot 12 Bonetă chirurgicală femei	buc	65 000	2.1900	2.6280	142 350.0000	170 820.0000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	89	Lot 89 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	buc	600	238.3433	257.4107	143 005.9500	154 446.4200	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	90	Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	buc	2 500	380.9720	411.4498	952 430.0000	1 028 624.5000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	91	Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	buc	200	435.4303	470.2647	87 086.0500	94 052.9400	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	92	Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	buc	500	420.1065	453.7150	210 053.2500	226 857.5000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	93	Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	buc	180	777.0310	839.1935	139 865.5800	151 054.8300	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	94	Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	buc	500	546.4685	590.1860	273 234.2500	295 093.0000	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	95	Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	buc	400	702.7708	758.9924	281 108.3000	303 596.9600	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
33140000-3	96	Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	buc	550	673.7730	727.6748	370 575.1500	400 221.1400	în termen de 30 zile din data comenzii	MD38TRPCCC518430A00076AA	-
TOTAL							2 752 286.1500	3 007 552.3200			

Semnat: _____

, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "**Tetis International Co**" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1648195071000		din	15.04.2022			
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT						
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1		2	3	4	5	6	7	
1	Lot 1 Ac getabil p-u ORL 23G (ac lung pentru anestezie locala)	Ac p/u seringă 23G 0.6x60 mm Sterican № 100 B/Braun-Германия	Germania	B.Braun Melsungen AG	23G x 2¼" ,Ø 0,60 x 60 mm	23G x 2¼", Ø0,60 x 60 mm. Art. No. 4665600.	CE, ISO	
2	Lot 2 Ace atraumatice lungi cu destinație stomatologica	Ac p/u seringă 27G 0.4x40 mm Sterican № 100 B/Braun-Германия	Germania	B.Braun Melsungen AG	27G, 0,4x35mm, cutie 100buc	27G, 0,4x40mm, cutie 100buc. Art. No. 9186182	CE, ISO	
10	Lot 10 Bonetă chirurgicală bărbați	SV-52	Turcia	PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STL.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile. Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile. Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. DA, corespunde. Art. No. SV-52	CE, ISO	
11	Lot 11 Bonetă chirurgicală bărbați cu banda absorbanta	SV-51	Turcia	PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STL.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate. 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea mai mare de 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate. 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile. Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. Da, corespunde. Art. No. SV-51	CE, ISO	
12	Lot 12 Bonetă chirurgicală femei	SV-50	Turcia	PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STL.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2, 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 80cm., fără latex. 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile. Nu se admit bonete pentru uz industrial.	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operatii. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 20g/m2, 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 80cm., fără latex. 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile. Nu se admit bonete pentru uz industrial. Da, corespunde. Art. No. SV-50	CE, ISO	
89	Lot 89 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu un lumen	Certofix Mono S420	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime - 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 6F/14G,outer Ø2,1mm (lungime~ 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No. 4160304	CE, ISO	

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022					
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
90	Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	Certofix Duo S720	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F,16G/16G, outer Ø 2,4mm (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); - Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No. 4167385	CE, ISO
91	Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	Certofix Trio S720	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F,16G/18G/18G, outer Ø 2,4mm (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No. 4167408	CE, ISO
92	Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	Certofix Trio S715	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 8F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 8F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No. 4161159	CE, ISO

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022					
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
93	Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	Certofix Quattro V815	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No. 4167767	CE, ISO
94	Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	Certofix Duo HF V1220	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția dizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 12F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 12F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția dizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 12F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 12F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No 4167546	CE, ISO
95	Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	Certofix Trio Paed S508	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixarecateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixarecateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; Art. No. 4167228	CE, ISO

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022					
Obiectul achiziției:		Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
96	Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	Certofix Trio Paed S 513	Germania	B.Braun Melsungen AG	Componenta: 1. Ac de punționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG	Componenta: 1. Ac de punționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); - Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Art. No. 4167244	CE, ISO

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de:

Director General

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**